



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องปิดสไลด์อัตโนมัติ

จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขอิวaineบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดายืนติดบุคคลผู้มืออาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกัน เช่น ว่า�ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากล่องละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๓-๒๔๔๔ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ

โรงพยาบาลขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ในการปิดแผ่นสไลด์ที่ผ่านการข้อมสีสไลด์แล้วแบบอัตโนมัติ

2. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องปิดแผ่นสไลด์แบบอัตโนมัติ ลงบนสไลด์ทางด้านงานเซลล์วิทยา เพื่อสะดวกต่อการทำสไลด์ที่มีคุณภาพ

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 เป็นเครื่องปิดแผ่นสไลด์แบบอัตโนมัติ ที่มีแสงควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าเครื่องพร้อม

จอแสดงผลการทำงานแบบ LCD

3.2 มีไฟใส่ครอบปิดขณะทำงาน ทำให้สามารถมองเห็นการทำงานภายใต้เครื่องได้

3.3 สามารถบรรจุสไลด์ที่เตรียมจะปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ในตัวเครื่องได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 60 สไลด์

3.4 สามารถปิดแผ่นสไลด์ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 แผ่นต่อชั่วโมง

3.5 สามารถเก็บสไลด์ที่ปิดด้วยแผ่นปิดแล้วได้จำนวนไม่น้อยกว่า 200 สไลด์ ภายในเครื่อง

3.6 สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องข้อมสไลด์อัตโนมัติในอนาคตได้

3.7 มีระบบเสียงและข้อความเตือนเมื่อมีความผิดปกติของการทำงาน

3.8 ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์

3.9 มีระบบดูดกลืนภายในตัวเครื่อง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้สูดกลืนสารเคมี

3.10 สามารถตั้งค่าเลือกช่วงความยาวของแผ่นปิดสไลด์ได้ถึงย่างน้อย 4 ค่าที่ความยาว 45, 50, 55, 60 มิลลิเมตร เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของสิ่งส่งตรวจ

3.11 อุปกรณ์ประกอบ

3.11.1 ตะกร้าบรรจุสไลด์ (Rack) จำนวน 12 อัน

3.11.2 แผ่นกรองสารเคมี จำนวน 2 ชุด

3.11.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

นายธนบัตร ตรีบุพชาติสกุล
(นายธนบัตร ตรีบุพชาติสกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวชุติมา ตรีบุพชาติสกุล
(นางสาวชุติมา ตรีบุพชาติสกุล)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวศศิภาณ์ ไกรภานุศา
(นางสาวศศิภาณ์ ไกรภานุศา)

4. เสื่อนไขและพะ

- 4.1 เครื่องปิดสไลด์อัตโนมัติจะต้องผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.หรือ FDA หรือ CE หรือ IEC หรือ ISO
- 4.2 บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องปิดสไลด์อัตโนมัติ จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต โดยมีการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องปิดสไลด์อัตโนมัตินี้ และเครื่องที่นำเข้าต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 4.3 บริษัทต้องรับประกันคุณภาพเครื่องปิดสไลด์อัตโนมัติ 2 ปี โดยในระยะเวลาประกัน บริษัทจะต้องทำการบำรุงรักษาเครื่องมือ(Maintenance) ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และสอนเทียบเครื่องมืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมออกใบรับรองและส่งมอบตารางเข้าดำเนินการในวันส่งมอบเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 1
- 4.4 ในระยะเวลาประกันหากเครื่อง มีการชำรุด บริษัทต้องเข้าทำการแก้ไขภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเรื่อง และบริษัทต้องหาเครื่องสำรอง ไว้ให้โรงพยาบาลใช้งานโดยเร็วที่สุดขณะส่งซ่อม และถ้าหากเครื่องชำรุดด้วยสาเหตุเดียวกัน 3 ครั้งบริษัทต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่มีคุณลักษณะเดียวกันให้ และเครื่องต้องไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาธิตมาก่อนภายใน 90 วัน ระหว่างที่รอ บริษัทต้องนำเครื่องสำรองมาให้โรงพยาบาลใช้งานก่อนจะมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- 4.5 มีคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษาที่สมบูรณ์ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
- 4.6 มีคู่มือการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือฯ อย่างละเอียดให้กับโรงพยาบาลอ่อนแก่น
- 4.7 บริษัทจะต้องส่งผู้มีความรู้มาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษา แก่ผู้ใช้งานและช่างของโรงพยาบาลจนสามารถใช้งานได้ต่อต่อระยะเวลาอันยาวนาน
- 4.8 บริษัทต้องสำรองอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปี
- 4.9 เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

รศ.ดร. ๒๕๖๗-๙๙
(นายชนบัตร ตรีบุพชาติสกุล) (นางสาวชุดิมา ตรีบุพชาติสกุล) (นางสาวศศิกานต์ แก้วกันยา)
นายแพทย์ชำนาญการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเภท.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
.....

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ เครื่องปั๊สไลด์อัตโนมัติ ๑ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๒๙ เมษายน ๒๕๖๗**
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) เครื่องละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากห้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้
 - ๕.๑ บริษัท เคโนไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ลีด ไซเอนซ์ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท ทีแอนด์เอ็น เมดิคอลเทรดดิ้ง จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายธนบัตร ศรีบุพชาติสกุล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ข้าราชการ
 - ๖.๒ นางสาวชุติมา ศรีบุพชาติสกุล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นางสาวศศิกานต์ แก้วกันยา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ