



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๓๑,๐๖๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

วัสดุทางการแพทย์สำหรับยี่ตริงกระดูก

จำนวน ๕ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อย บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนัตยา มิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก
โรงพยาบาลขอนแก่น

ความต้องการ วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก

คุณลักษณะเฉพาะ

1. แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ Variable Angle LCP Two-column Volar Distal Radius Plate

2.4 mm,

ลักษณะเพลทเป็นไทเทเนียมสีทอง มีรูส่วนบนเป็นแบบ **Variable Angle** สามารถปรับมุมในการยึด Locking Screw 2.4 VA ได้ถึง 15 องศา จากแนวตั้ง มีรูส่วนปลายเป็นแบบ Combi-Holes ลักษณะของรูเพลทบริเวณ Shaft plate เป็นเลขแปดเรียงต่อกันเป็น Anatomical Plate ที่ผลิตตามลักษณะกายวิภาคของกระดูก Radius เป็น Plate แบบ Volar มีให้เลือกทั้งด้านซ้ายและขวา

2. สกรูสำหรับใช้กับแผ่นโลหะชนิดปรับมุมได้ (VA) หัวสกรูเป็นแบบ Locking Head

ส่วนปลายชนิดไม่ต้องทำเกลียว Self-Tapping มีรูขันหัวสกรูแบบ Star drive สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 มิลลิเมตร ความยาว 10, 12,14,16,18,20,22,24, และ 26 มิลลิเมตร

3. 2.4 mm. Cortex Screw Self tapping.




สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูก หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันให้ยึดกับแผ่นโลหะที่มีรูปเป็นเกลียว สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดูกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self Tapping) เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 มม. แกนสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.1 มม. หัวสกรูมีเกลียวและเป็นรูปดาวแฉก มีความยาวตั้งแต่ 6-30 มม. ผลิตจากไททาเนียม

4. 2.7 mm. Cortex Screw Star drive (Self tapping)

สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูก หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันให้ยึดกับแผ่นโลหะที่มีรูปเป็นเกลียว สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดูกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self Tapping) เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มม. แกนสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มม. หัวสกรูมีเกลียวและเป็นรูปดาวแฉก มีความยาวตั้งแต่ 10 - 30 มม. ผลิตจากไททาเนียม

5. LCP-2.4 Distal radius (Locking compression plate 2.4 for radius)


เป็นเพลทที่มีลักษณะพิเศษ สามารถใช้กับ Locking head screw Ø2.4mm. หรือใช้ได้กับ Cortex screw Ø2.4mm. และใช้ได้กับ Cortex screw 2.7mm. เป็น Combi-hole ลักษณะของรูเพลท บริเวณ shaft plate เป็นเลขแปดเรียง ต่อกัน เป็น Anatomical plate ที่ผลิตตามลักษณะกายวิภาคของกระดูก Radius ส่วนปลายเป็นเพลท ที่ใช้ ยึดตรึงกระดูก distal Radius มีเพลทให้เลือกใช้ทั้ง Vorlar technique and Dorsal technique มีเพลทให้ เลือกใช้ทั้ง Vorlar plate set (ชุดเพลทสำหรับวางด้านหน้ามือ มีทั้งชนิดสกรูปรับมุมไม่ได้และปรับมุมได้ 15 องศา,VA) และ Dorsal plate set (ชุดเพลทสำหรับวางด้านหลังมือ)

   
(นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม) (นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย) (นางบังอร ศรีสงคราม) (นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์)


มีเพลทเป็น Anatomical สำหรับวางด้านข้างกรณีต้องการวางเพลทด้านหลังมือ (Dorsal technique) มีขนาด ตั้งแต่ 3,4,5,8,10 Hole มีให้เลือกด้านซ้ายและด้านขวา


เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน CE Mark หรือ FDA หรือ ISO13485
2. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทโดยตรง
3. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือ สาคิตมาก่อน
4. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ
5. เป็นวัสดุปลอดสนิม ตามมาตรฐานทางการแพทย์สามารถนำไปนั่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
6. กรณีเครื่องมือแพทย์ต้องนำเข้าโดยผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยมีใบ จดทะเบียนของสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้ โดยสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
7. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา


.....
(นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม)



.....
(นายวันจักร พงษ์สมครไทย)




.....
(นางบังอร ศรีสงคราม)


.....
(นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ Variable Angle LCP Two -column Volar Distal Radius Plate 2.4 mm.	8	20,000	160,000
2	สกรูสำหรับใช้กับแผ่นโลหะชนิดปรับมุมได้ (VA) หัวสกรูเป็นแบบ Locking Head	398	2,180	867,640
3	2.4 mm. Cortex Screw Self tapping.	50	890	44,500
4	2.7 mm. Cortex Screw Star drive (Self tapping)	8	1,390	11,120
5	LCP-2.4 Distal radius (Locking compression plate 2.4 for radius)	65	16,120	1,047,800
	รวมรวมทั้งสิ้น	529		2,131,060






(นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม) (นายวันจักร พงศ์สมครไทย) (นางบังอร ศรีสงคราม) (นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ Variable Angle LCP Two -column Volar Distal Radius Plate 2.4 mm.	8		
2	สกรูสำหรับใช้กับแผ่นโลหะชนิดปรับมุมได้ (VA) หัวสกรูเป็นแบบ Locking Head	398		
3	2.4 mm. Cortex Screw Self tapping.	50		
4	2.7 mm. Cortex Screw Star drive (Self tapping)	8		
5	LCP-2.4 Distal radius (Locking compression plate 2.4 for radius)	65		
	รวมรวมทั้งสิ้น	529		

 (นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม)	 (นายวันจักร พงศ์สมครไทย)	 (นางบังอร ศรีสงคราม)	 (นางชุศรี วัชรสุโพธิ์)
--	--	---	--

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น
1	แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ Variable Angle LCP Two -column Volar Distal Radius Plate 2.4 mm.	8
2	สกรูสำหรับใช้กับแผ่นโลหะชนิดปรับมุมได้ (VA) หัวสกรูเป็นแบบ Locking Head	398
3	2.4 mm. Cortex Screw Self tapping.	50
4	2.7 mm. Cortex Screw Star drive (Self tapping)	8
5	LCP-2.4 Distal radius (Locking compression plate 2.4 for radius)	65

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 2,131,060..... บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 มกราคม 2564 เป็นเงิน 2,131,060.....บาท

วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ Variable Angle LCP Two -column Volar Distal Radius Plate 2.4 mm.	8	20,000	160,000
2	สกรูสำหรับใช้กับแผ่นโลหะชนิดปรับมุมได้ (VA) หัวสกรูเป็นแบบ Locking Head	398	2,180	867,640
3	2.4 mm. Cortex Screw Self tapping.	50	890	44,500
4	2.7 mm. Cortex Screw Star drive (Self tapping)	8	1,390	11,120
5	LCP-2.4 Distal radius (Locking compression plate 2.4 for radius)	65	16,120	1,047,800
	รวมทั้งสิ้น	529		2,131,060

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
ตามสัญญาเลขที่ ขก. 0032.1/143/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 กับ บริษัทบางกอกยูนิเทรต จำกัด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- 6.1 นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม นายแพทย์ชำนาญการ
- 6.2 นายวันจักร พงษ์สมัครไทย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
- 6.3 นสบงอรร ศรีสงคราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
- 6.4 นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ