



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

วัสดุสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ด้วยวิธีขายด้วยบอลลูน

จำนวน ๒๐๐ สาย

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึง ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนัตยา มิตรัส)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยวิธีขยายด้วยบอลลูน
โรงพยาบาลขอนแก่น

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือด ใช้ขยายหลอดเลือด Coronary เพื่อให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณดังกล่าวดีขึ้นโดยไม่ทิ้งสิ่งใดๆ ไว้เมื่อนำอุปกรณ์ออกจากหลอดเลือดหัวใจ ในคนไข้ที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เป็นสายสวนหัวใจชนิดมีบอลลูน (PTCA Balloon) ใช้ขยายหลอดเลือด Coronary โดยไม่ทิ้งสิ่งใดๆ ไว้ในหลอดเลือดหัวใจอีก ในคนไข้ที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ
- 2.2 เป็นบอลลูนที่มีความยืดหยุ่นตามขนาดแรงดันชนิด semi-compliant balloon วัสดุที่ใช้ผลิตมีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อแรงขยายและแรงต้านทานของหลอดเลือดได้ดี ไม่แตกหักง่าย
- 2.3 มีลักษณะการใช้งานแบบ Rapid Exchange
- 2.4 มี Nominal Pressure 6 ATM และมี Rate Burst Pressure 14 ATM
- 2.5 มี Entry Profile 0.017 นิ้ว
- 2.6 เส้นผ่าศูนย์กลางของบอลลูนมีขนาด 1.5 , 2.0 , 2.5, 3.0 , 3.5 , 4.0 มิลลิเมตร
- 2.7 ความยาวของขดลวดมี 4 ขนาดคือยาว 6, 10, 15, 20, 25 มิลลิเมตร
- 2.8 มี Marker (เครื่องหมายบอกตำแหน่ง) เป็นชนิดที่บั้งสีบนสายสวน 2 ตำแหน่งอยู่ที่ส่วนต้นและส่วนปลายของตัวบอลลูน
- 2.9 สามารถสวมบนลวดนำสำหรับการขยายบอลลูน PTCA wire ขนาด 0.014 นิ้วได้
- 2.10 สามารถใช้กับ PTCA Guiding catheter ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากับ 6 Fr. ได้
- 2.11 สารที่เคลือบอยู่บนผิวของบอลลูนเป็นชนิดชอบน้ำ (Hydrophilic coating)
- 2.12 สายสวนทั้งเส้น มีความยาวไม่น้อยกว่า 145 cm.
- 2.13 บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และใช้ได้ทันที โดยขนาดบรรจุ 1 กล่อง มี 1 ชิ้น
- 2.14 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย

3. เงื่อนไขทั่วไป

- 3.1 อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ภายหลังจากส่งมอบครบถ้วนถูกต้องแล้ว

.....
(นายสุทธิเทพ ดวงศรี)
นายแพทย์ชำนาญการ


.....
(นายธรรม ลีมอกิชาติ)
นายแพทย์ชำนาญการ

.....
(นางจิราพร น้อมกุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.2.1 หากวัสดุสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยวิธีขยายด้วยบอลูนที่ทางบริษัทส่งมอบแก่ทางโรงพยาบาลขอนแก่นหมดอายุหรือใช้ไม่หมดสามารถแลกเปลี่ยนคืนบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3.2.2 หากวัสดุสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยวิธีขยายด้วยบอลูน รุ่นใหม่ออกมาทางโรงพยาบาลขอนแก่นสามารถขอแลกรุ่นใหม่ล่าสุดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3.2.3 ทางโรงพยาบาลขอนแก่นสามารถขอแลกเปลี่ยนขนาดและความยาวของวัสดุสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยวิธีขยายด้วยบอลูน ได้ตามที่โรงพยาบาลขอนแก่นต้องการใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม



(นายสุทธิเทพ ดวงสร)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นายธรรม ลิ้มอภิชาติ)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นางจิราพร น้อมกุศล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ
4. รุ่น
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วัสดุสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยวิธีขยายด้วยบอลลูน จำนวน 200 สาย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 640,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 มกราคม 2564
เป็นเงิน 640,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 3,200 บาท / สาย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 5.1 บริษัท แอ็บบอตแลบอแรตอริส จำกัด
 - 5.2 บริษัท ซิลลิก ฟาร์มา จำกัด
 - 5.3 บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายสุทธิเทพ	ดวงศร	ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
6.2 นายธรรม	ลิมอภิชาติ	ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
6.3 นางจิราพร	น้อมกุล	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ