



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ชุดอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจพร้อมกล่องวิธีทัศน์

จำนวน ๑ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึง ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนัตยา มิสต์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจพร้อมกล้องวิดีโอ
โรงพยาบาลขอนแก่น

จำนวน 1 ชุด

ความต้องการ ชุดอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจพร้อมกล้องวิดีโอ

1. จอแสดงภาพสำหรับใช้งานร่วมกับกล้องส่องช่วยใส่ท่อหายใจ จำนวน 1 ชิ้น
 - 1.1. รองรับการใช้งานร่วมกับกล้องส่องช่วยใส่ท่อหายใจจำนวน 2 ชุด พร้อมกันเพื่อให้สะดวกในการปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
 - 1.2. มีช่องต่อสัญญาณภาพออกชนิด HDMI รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังจอภาพภายนอก
 - 1.3. สามารถเปิดเล่นภาพที่บันทึกไว้ขึ้นมาชมได้บนหน้าจอของเครื่อง
 - 1.4. สามารถบันทึกข้อมูลภาพนิ่ง ในรูปแบบไฟล์ JPEG และสามารถบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบไฟล์ MPEG4 ลงในหน่วยความจำภายนอกชนิด SD memory card ได้
 - 1.5. สามารถสำรองข้อมูลออกจากตัวเครื่องได้ผ่านหน่วยความจำภายนอกชนิดUSB flash drive
 - 1.6. ตัวเครื่องมีหน้าจอขนาด 7 นิ้ว แบบ TFT ให้มุมมองภาพที่กว้าง 160 องศา ให้คุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยม
 - 1.7. รองรับการต่อเชื่อมกับหัวกล้องในระบบ C- MAC
 - 1.8. น้ำหนัก 1000 กรัม
 - 1.9. ภายในตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้แบบ Li-ion และตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ ในขณะที่ประจุไฟฟ้า
 - 1.10 ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันน้ำระดับ IP54
 - 1.11 ความละเอียดของหน้าจอไม่น้อยกว่า 1280 x 800 พิกเซล
 - 1.12 มีช่องต่อชนิด USB และช่องต่อชนิด HDMI
 - 1.13 ปลอกนอกของเครื่อง ทำจากวัสดุพลาสติกทนการกระแทกพิเศษแบบ ABS
 - 1.14 ด้านหลังเครื่องมีแป้นรองรับการแขวนแบบ VESA 75
 - 1.15 รองรับการใช้งานร่วมกับระดับไฟฟ้าแรงดัน 110-240 VAC ที่ความถี่ 50/60 Hz
 - 1.16 รองรับการใช้งานร่วมกับกล้องชนิด CMOS
 - 1.17 มีสายเชื่อมต่อกล้องรับภาพ

.....
(นางสาวกฤษมา บัวชัย)

.....
(นางสาววิรัตติยา ป้อมสุวรรณ)

เจนจิรา ท่าโหม
.....
(นางสาวเจนจิรา ท่าโหม)

2. สายเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 1 เส้น
3. เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดิทัศน์ โค้งพิเศษสำหรับกรณีใส่ท่อหายใจยาก จำนวน 2 ชิ้น
- 3.1. รูปทรงแบบ DORGES, ก้าน Blade มีรูปทรงพิเศษ (special blade shape) สำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจในกรณีที่ใส่ได้ยาก (difficult intubation)
 - 3.2. สามารถใส่ท่อ suction catheter ได้ขนาด 16-18 Fr.
 - 3.3. เครื่องมือมีความแข็งแรงทนทานสูง ทำจากวัสดุโลหะอัลลอยด์น้ำหนักเบา
 - 3.4. ด้ามจับถนัดมือ มีขนาดพอเหมาะและด้ามถูกปรับแต่งให้สั้น
 - 3.5. ส่วนปลายมีความโค้งมน ปลอดภัยในขณะใช้งาน
 - 3.6. มีปุ่มสำหรับกดเพื่อควบคุมการบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดยแยกการทำงานด้วยสีของปุ่มกด
 - 3.7. รองรับการใช้งานร่วมกับจอแสดงผลภาพในระบบ C-MAC
 - 3.8. รองรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายใต้อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 93 องศาเซลเซียส รองรับการฆ่าเชื้อแบบ Steris, Sterrad และ High-Level Disinfection (HLD) ตามมาตรฐาน US standard, รวมไปถึงการเช็ดเพื่อฆ่าเชื้อในระบบ Tristel Trio Wipes System
 - 3.9. เครื่องมือมีชิปรับภาพชนิด CMOS
4. เสารัดเข็นพร้อมล้อเลื่อนสำหรับติดจอภาพ จำนวน 2 คัน
5. เงื่อนไขเฉพาะ
- 5.1 ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเทศต้องได้รับมาตรฐานจาก FDA หรือ CE หรือ เทียบเท่า
 - 5.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงของบริษัทผู้ผลิต(ต้องแสดงหนังสือรับรองจากบริษัท / โรงงานผู้ผลิตมาด้วย)
 - 5.3 มีคู่มือการใช้งาน และ บำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
 - 5.4 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันมอบของ ในระยะประกัน
 - 5.5 มีหนังสือรับรองสำรองอะไหล่ใช้ภายในประเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี
 - 5.6 หากเครื่องมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
 - 5.7 หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้งยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน 90 วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

.....
(นางสาวกฤษมา บัวชัย)

.....
(นางสาววิรัตติยา ป้อมสุวรรณ)

.....
(นางสาวเจนจิรา ท่าโหม)

- 5.8 ผู้ขายต้องฝึกและแนะนำการใช้เบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่งานได้ดี
- 5.9 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและในระยะประกันบริษัทต้องทำการบำรุงรักษาเครื่องทุก 6 เดือน สอบเทียบปีละ 1 ครั้ง พร้อมหนังสือรับรองให้กับทางโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและส่งมอบตารางดำเนินการกับคณะกรรมการตรวจรับในวันส่งมอบเครื่อง
- 5.10 เครื่องมือแพทย์ต้องนำเข้าโดยผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาแสดง
- 5.11 มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือการแพทย์ พ.ศ.2551

.....
.....

(นางสาวกุสุมา บัวชัย)

.....
.....

(นางสาววิรัตติยา ป้อมสุวรรณ)

.....
.....

(นางสาวเจนจิรา ท่าโหม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจพร้อมกล้องวิดีโอ จำนวน 1 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **9 ส.ค. 2564**
ราคา/หน่วย 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 5.1. บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
 - 5.2. บริษัท สยามเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด
 - 5.3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิล เทคโนโลยี
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นางสาวกุสุมา บัวชัย นายแพทย์ชำนาญการ
 - 6.2 นางสาววิรัตติยา ป้อมสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
 - 6.3 นางสาวเจนจิรา ท่าโหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ