



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๘๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

แก๊สไนโตรเจนออกไซด์

จำนวน ๘ ถัง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนันทยา มิสล์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แก๊สไนตริกออกไซด์
โรงพยาบาลขอนแก่น

1. ความต้องการ

แก๊สไนตริกออกไซด์ เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

2. คุณลักษณะทั่วไป


- 2.1 เป็นแก๊สที่ไม่ติดไฟ
- 2.2 ผลิตจากไนตริกออกไซด์ผสมกับแก๊สไนโตรเจน
- 2.3 บรรจุอยู่ในถังกระบอกอลูมิเนียมขนาดระหว่าง 8-10 ลิตร บรรจุแรงดันขนาดระหว่าง 135-145 Bar
- 2.4 หัวต่อถัง (Outlet) เป็นแบบ BS - 14 หรือหัวต่อถังที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องจ่ายแก๊สของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วได้
- 2.5 ถังกระบอกอลูมิเนียมบรรจุแก๊สต้องสามารถวางบนแท่นวางถังแก๊สของเครื่องจ่ายแก๊สของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก

3. คุณสมบัติเฉพาะ


- 3.1 เป็นแก๊สผสมระหว่างไนตริกออกไซด์ 1 % และไนโตรเจน 99 % มีความเข้มข้นของแก๊สไนตริกออกไซด์ 1,000 ppm $\pm$ 2% ผ่านการตรวจวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ และมีใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
- 3.2 ไม่มีแก๊สไนตริกออกไซด์หรือส่วนผสมอื่นๆ ที่เป็นอันตรายปนเปื้อนอยู่ในถังแก๊สที่บรรจุ
- 3.3 อุณหภูมิแนะนำที่เหมาะสมในการใช้งานและการเก็บรักษาอยู่ระหว่าง 20 - 40 องศาเซลเซียส
- 3.4 อายุการใช้งานของแก๊ส (Shelf Life) อยู่ระหว่าง 18 - 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต
- 3.5 ปริมาณสารประกอบอื่นๆ หรือส่วนผสมปนเปื้อนอื่นๆ ปนอยู่ในถังแก๊สที่บรรจุต้องไม่เกินมาตรฐานทางการแพทย์ ดังนี้

Impurity Specification		
COMPONENT	CONCENTRATION	UNIT
Carbon Dioxide	< 500	ppm
Carbon Monoxide	<5	ppm
Hydrogen Sulphide	<1	ppm
Nitrogen Dioxide	<25	ppm
Sulphur Dioxide	<1	ppm

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง


(นางนิตานาด ชีระพันธุ์)



(นางสาวอุทุมพร ศรีสถาพร)



(นางสาวอรณัญช์ อภิรัชต์ธร)


4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
- 4.2 มีเอกสารรับรองการผลิต
- 4.3 มีเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- 4.4 มีเอกสารรับรองการอนุญาตนำเข้า (เฉพาะกรณีนำเข้า) และมีเอกสารรับรองการจัดจำหน่าย
- 4.5 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเฉพาะแก๊สไนตริกออกไซด์ ไม่รวมถึงการบรรจุและการขนส่ง และต้องรับผิดชอบภาระที่ใช้บรรจุหมุนเวียน
- 4.6 มีเอกสารยืนยัน หรือ Reference ว่าสามารถใช้งานกับเครื่องจ่ายก๊าซของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วได้ และในกรณีที่ปัญหาการต่อถังแก๊สกับเครื่องจ่ายก๊าซของโรงพยาบาลเนื่องจากการใช้งาน สามารถเข้ามาดูแลให้ได้
- 4.7 กรณีอายุการใช้งานของแก๊ส (Shelf Life) มากกว่า 18 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยทางโรงพยาบาลยังไม่ได้เปิดใช้แก๊ส สามารถนำไปส่งแลกแก๊สถังใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง


(นางนิตานถ ชีระพันธุ์)


(นางสาวอุทุมพร ศรีสถาพร)


(นางสาวอรณัญช์ อภิรัชต์ธร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง(ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ แก๊สไนตริกออกไซด์ จำนวน 8 ถัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 630,800.-บาท (หกแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ **22 ส.ค. 2564**
เป็นเงิน 630,800.-บาท ราคา/หน่วย 78,850.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 เป็นราคาที่เคยซื้อภายใน 2 ปีงบประมาณ
ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ N6400167 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นางนิศานาถ ชีระพันธุ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.2 นางอุทุมพร ศรีสถาพร	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.3 นางสาวอรณัญช์ อภิรัชต์ธร	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ