



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์

แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

จำนวน ๑ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อย บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนันทยา มิส)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องส่องตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ
โรงพยาบาลขอนแก่น





คุณลักษณะทั่วไป

เป็นชุดกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี และตับอ่อน เพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบแคบ หรือมีนิ่วขนาดใหญ่ในท่อน้ำดี โดยใช้ร่วมกับการยิงเลเซอร์หรือเครื่อง EHL ที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้

คุณลักษณะเฉพาะ

กล้องส่องตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพมีอุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยดังนี้

1. **เครื่องควบคุมสัญญาณภาพกล้องส่องตรวจท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน (SpyGlass DS Digital Controller-4665)** จำนวน 1 เครื่อง
 - ทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณวิดีโอจากกล้องส่องตรวจท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน ชนิดดิจิทัล และแปลงเป็นสัญญาณภาพไปแสดงยังจอมอนิเตอร์ (DVI และ VGA) รวมทั้งเป็นตัวสร้างแลควบคุมการส่งผ่านแสงสว่างไปยังส่วนปลายของกล้อง
 - มีปุ่มควบคุมการทำงานบริเวณด้านหน้าเครื่อง ดังนี้
 1. Power Button: ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
 2. Connection Cable Receptacle: ช่องสำหรับต่อกับ Cable Connector ของกล้องส่องตรวจ
 3. Light On/Off Button: ปุ่มเปิด-ปิดแสง
 4. Light Brightness Control Buttons: ปุ่มปรับระดับความสว่างของแสง
 5. Light Brightness Indicator: ตัวแสดงระดับความสว่างของแสง
2. **กล้องส่องตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อน (SpyScope DS Access and Delivery Catheter)** จำนวน 15 เส้น
 - มี control knob สามารถควบคุมทิศทางของปลาย catheter ได้ 4 ทิศทาง
 - มีช่องสำหรับใส่สาย accessories และช่องสำหรับฉีดล้าง (Irrigation Channel)
 - ขนาดไม่มากกว่า 11 Fr. ความยาวไม่น้อยกว่า 210 ซม.
 - สามารถใช้ร่วมกับกล้อง Duodenoscope ขนาด working channel 4.2 มม. ได้
3. **สายตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Forceps)** จำนวน 5 เส้น
 - ขนาดสายไม่มากกว่า 1 มม. ความยาวส่วนใช้งานไม่น้อยกว่า 280 ซม.
 - สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ ที่มีขนาด working channel 1.2 มม. ได้

			
(นายนคร ทิพย์สุนทรศักดิ์)	(นายสุรัชย์ ศิริพรอดุลศิลป์)	(นางบังอร ศรีสงคราม)	(นางรตนกมล ลาดซ้าย)

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก FDA หรือ CE หรือ ISO 13485
2. เป็นเครื่องมือใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
3. บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต โดยมีการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์นั้นๆ และเครื่องมือนำเข้าต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
4. บริษัทจะต้องรับประกันคุณภาพ 2 ปี โดยในระยะรับประกันทางบริษัทต้องเข้าทำการบำรุงรักษาเครื่องมือ ปีละ 3 ครั้ง ทุกๆ 4 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และส่งมอบตารางดำเนินการในวันส่งมอบเครื่องมือฯ
5. ในระยะประกันหากเครื่องมือมีการชำรุด บริษัทต้องเข้าทำการแก้ไขภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเรื่อง และหากชุดกล้องส่องตรวจฯ ชำรุดด้วยสาเหตุเดียวกันถึง 3 ครั้ง ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ที่มีคุณลักษณะเดียวกันและไม่เคยใช้งานมาก่อนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ภายใน 90 วัน
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
7. บริษัทจะต้องส่งผู้มีความรู้ความสามารถมาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
8. บริษัทมีหนังสือรับรองอะไหล่ซ่อม เฉพาะรุ่นไม่น้อยกว่า 5 ปี




(นายนคร ทิพย์สุนทรศักดิ์)



(นายสุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์)



(นางบังอร ศรีสงคราม)



(นางรตนกมล ลาตชัย)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี).....

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและดับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ
จำนวน 1 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,800,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 ส.ค. 2564
เป็นเงิน 3,800,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 3,800,000 บาท/ชุด
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 5.1. บริษัท บอสตัน โซเอ็นทีพีค (ประเทศไทย) จำกัด
 - 5.2. บริษัท พีพีพี ฟาร์มา เซอร์จิคอล จำกัด
 - 5.3. บริษัท พี.พี.เอ เมดิคอล กรุป จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายนคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายสุรัชย์ ศิริพรอดุลศิลป์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - 6.3 นางบังอร ศรีสงคราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - 6.4 นางรัตนกมล ลาดซ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ