



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เตียงคลอดไฟฟ้าปรับระดับได้

จำนวน ๓ เตียง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑.มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อย บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนัตยา มิสต์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงคลอดไฟฟ้าปรับระดับได้

จำนวน 3 เตียง

โรงพยาบาลขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์


ใช้เป็นเตียงทำคลอด สามารถปรับระดับและทำต่างๆของเตียงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

2. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะทั่วไป


- 1.1.1 สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 170 กิโลกรัม
- 1.1.2 ตัวเตียงมีน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- 1.1.3 ส่วนรองนั่ง ออกแบบเป็นรูปตัวยู เพื่อสะดวกในการเข้าปฏิบัติงานของแพทย์ และรองรับศีรษะของผู้คลอด
- 1.1.4 โครงสร้างทำจาก Stainless steel เคลือบด้วยวัสดุป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาด
- 1.1.5 มีส่วนรองรับแผ่นหลังมีที่ปลดล็อคสำหรับการช่วยชีวิตฉุกเฉิน
- 1.1.6 เตียงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
 - 1.2.6.1 ส่วนรองศีรษะและแผ่นหลังมีความกว้าง 60-70 เซนติเมตร และความยาว 90-100 เซนติเมตร
 - 1.2.6.2 ส่วนรองนั่ง มีความกว้าง 60 - 70 เซนติเมตร และความยาว 40 - 50 เซนติเมตร
 - 1.2.6.3 ส่วนรองรับขา มีความกว้าง 60 - 70 เซนติเมตร และความยาว 50 - 60 เซนติเมตร
 - 1.2.6.4 เตียงมีความกว้างสูงสุด 60 - 70 เซนติเมตร และมีความยาวถึงส่วนรองนั่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 134 เซนติเมตร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง




(นายชินวัฒน์ ศรีนิล)

ประธานกรรมการ



(นางสาวกัทยรัตน์ ตั้งมันสกุลชัย)

กรรมการ



(นางสาวฉวีวรรณ ดียิ่ง)

กรรมการ

2.1.7 สามารถปรับระดับสูงต่ำและปรับท่าต่างๆโดยใช้ Foot switch หรือ Hand switch ได้ดังนี้

2.1.7.1 ปรับระดับของเตียงต่ำสุดได้ 45 เซนติเมตรหรือต่ำกว่า และปรับระดับสูงสุดได้ถึง 110 เซนติเมตร

2.1.7.2 ส่วนรองรับศีรษะและแผ่นหลังสามารถปรับมุมองศาต่ำลงได้อย่างน้อย -8 องศาและปรับขึ้นสูงสุดได้อย่างน้อย 64 องศา

2.1.7.3 ส่วนรองรับขาสามารถปรับขึ้นลงและหรือถอดออกได้

2.1.7.4 สามารถปรับหัวเตียงต่ำ ปลายเตียงสูง ได้อย่างน้อย 15 องศา

2.1.8 ตัวเตียงมีความยาว 180 - 190 เซนติเมตร และมีความกว้าง 65 - 75 เซนติเมตร

2.1.9 ได้ส่วนรองรับนั่งมีลาดสำหรับรองรับของเสียชนิดถอดออกได้

2.1.10 ฐานเตียงมีล้อ 4 ล้อ สามารถล็อกล้อได้ และล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

3. คุณสมบัติเฉพาะ

3.1 เป็นเตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมสามารถปรับระดับสูงต่ำ และการปรับท่าจัดท่าต่างๆได้ด้วยระบบไฟฟ้า มีแบตเตอรี่สำรองขนาดไม่น้อยกว่า 24 โวลท์

3.2 มีแบตเตอรี่สำรองไฟ สามารถชาร์ตไฟได้ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์

3.3 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์

3.4 มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานได้อย่างน้อยดังนี้

3.4.1 อุปกรณ์ควบคุมทำงานชนิด Hand switch หรือ Footswitch

3.4.2 ที่วางขา

3.4.3 ที่วางแขน

3.4.4 เสาน้ำเกลือ

3.4.5 มือจับ




3.4.6 ถาดรองรับของเสีย

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่รับมอบเครื่อง

4.3 ในระยะรับประกันมีการตรวจเช็คและการทำงานของเครื่องอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง บริษัทต้องมาบำรุงรักษาตามคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อยตลอดระยะเวลาประกัน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง		
		
(นายชินวัฒน์ ศรีนิล)	(นางสาวฤทัยรัตน์ ตั้งมันสกุลชัย)	(นางสาวฉวีวรรณ ดิยง)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

- 4.4 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยหรืออังกฤษ จำนวน 1 ชุด
- 4.5 มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง จำนวน 1 ชุด
- 4.6 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงของบริษัทผู้ผลิต และต้องแสดงหนังสือรับรองจากบริษัท/โรงงานผู้ผลิตมาด้วย
- 4.7 ผู้ขายรับรองว่ามีอะไหล่จำหน่ายในท้องตลาดหรือให้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 4.8 ในระยะเวลาประกันหากเครื่องชำรุดต้องซ่อม บริษัทต้องมารับเครื่องไปซ่อมภายใน 1 สัปดาห์หลังที่ได้รับแจ้ง
- 4.9 ระยะเวลาซ่อมไม่เกิน 2 สัปดาห์หากระยะเวลาซ่อมเกิน 2 สัปดาห์บริษัทต้องนำเครื่องรุ่นเดียวกันมาให้สำรองใช้งานจนกว่าจะซ่อมเสร็จ
- 4.10 ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใช้งานของเครื่อง และการดูแลรักษาเครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง




(นายชินวัฒน์ ศรีนิล)

ประธานกรรมการ



(นางสาวอภัยรัตน์ ตั้งมันสกุลชัย)

กรรมการ



(นางสาววิวรรณ ตี๋ยง)

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เติยงคลอดไฟฟ้าปรับระดับได้ จำนวน 3 เติยง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **17 ส.ค. 2564**
เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
ราคา/ หน่วย 300,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
5. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - 5.1 บริษัท ฟลิปปินส์เมดิคอล จำกัด
 - 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ ดี เมดิคอล แอนด์เซอร์วิส
 - 5.3 บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อาร์ เมดิคอล จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายชินวัฒน์ศรีนิล นายแพทย์ชำนาญการ
 - 6.2 นางสาวฤทัยรัตน์ ตั้งมันสกุลชัย นายแพทย์ชำนาญการ
 - 6.3 นางสาวฉวีวรรณ ดิยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ