



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๒,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ขอตัญญูการสำหรับคัดเลือกในแผน

จำนวน ๘,๐๐๐ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนัตยา มิส)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล
โรงพยาบาลขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือด และของเสียออกจากแผลหลังการผ่าตัด ระบบปิด (Closed System)

2. คุณลักษณะทั่วไป

1. ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ซีซี.

1.1 ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือด และของเสียออกจากแผลหลังผ่าตัด

1.2 เป็นขวดที่ใช้วัสดุ PVC ชนิด Medical Grade ตกไม่แตก โปร่งแสง ไม่มีสี มีความแข็งแรง เพียงพอที่จะรับความดันสูงภายในขวด ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 400 ซีซี. โดยมีขีดบอกปริมาตรบรรจุหน่วยเป็น ซีซี. หรือ ML

1.3 มี Vacuum Indicator กำกับที่บนขวดชัดเจนในกรณีที่ Vacuum ไม่เพียงพอสามารถดูทำ Vacuum ภายในขวดได้

1.4 แรงดูด Vacuum ไม่ต่ำกว่า 98,000 PA

1.5 สาย Connecting Tube ที่ต่อกับขวด ต้องเป็นลักษณะเสียบเข้ากับข้อต่อของขวด (แบบปลั๊ก)

1.6 มีตัวหนีบสาย 2 ตัว

1.7 มีสาย Connecting Tube ยาวไม่ต่ำกว่า 90 ซม.

1.8 มี Universal Connector ที่สามารถใช้กับสายในขวดตั้งแต่เบอร์ 6-18F บรรจุในซองที่ปลอดเชื้อ 2 ชั้น โดยผ่านการทำให้ปลอดเชื้อด้วยวิธี Gamma Ray หรือ Ethylene Oxide และไม่จำเป็นต้องเตรียมการดูดเพราะมีระบบสุญญากาศในขวด และปิดสนิทเพื่อให้ระดับแรงดูดคงที่จนกว่าจะเต็ม

1.9 ซองที่บรรจุ ระบุชนิดของวัสดุ ขนาด วิธีการทำให้ปลอดเชื้อ วันหมดอายุ และ Lot number

1.10 มีสายสำหรับรัด หรือแขวนกับขอบเตียง หรืออุปกรณ์อื่น


1.11 ในกรณีที่มีการฉีกถุงแล้ว และไม่ได้ใช้สามารถนำไปอบฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide เพื่อนำมาใช้ใหม่ได้

2. สายดูดเลือดค้างในแผล


2.1 ใช้สำหรับใส่ในแผลเป็นทางผ่านของเลือดและน้ำเหลืองที่ค้างในแผล

2.2 ทำจากพลาสติกอ่อนนุ่มที่ใช้ในการแพทย์

2.3 สายบรรจุในถุงพลาสติก 2 ชั้น โดยผ่านการทำให้ปลอดเชื้อด้วยวิธี Gamma Ray หรือ Ethylene Oxide ด้านหลังซองที่บรรจุ ระบุชนิดของวัสดุ ขนาด วิธีการทำให้ปราศจากเชื้อ วันหมดอายุ และ Lot number


.....
(นายสุรัชย์ ศิริพรอดุลศิลป์)



.....
(นางบังอร ศรีสงคราม)



.....
(นางดวงพร เวียงสิมมา)


- 2.4 ความยาวไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร
- 2.5 มีรูตลอดความยาวไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร จากปลายด้านหนึ่ง
- 2.6 มีซี่ดบกระยะ อย่างน้อย 3 ซี่ด ถัดจากส่วนที่เป็นรู
- 2.7 มีเส้นสีชนิด Radiopaguc x-ray มองเห็นได้ตลอดเส้น
- 2.8 มีขนาดเบอร์ 8,9,10,12,14,16 และ 18

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISO 13485 หรือ CE Mark หรือ FDA
2. ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
3. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยถูกใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
4. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน และปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ
5. บริษัทต้องมีเข็ม เบอร์ 8 และ เบอร์ 10 Support ให้กับทางโรงพยาบาลอย่างน้อย เบอร์ละ 50 อัน
6. ในกรณีเป็นสินค้านำเข้า ผู้ขายต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
7. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


.....
(นายสุรัชย์ ศิริพรอดุลศิลป์)


.....
(นางบังอร ศรีสงคราม)


.....
(นางดวงพร เวียงสิมมา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 8,000 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 992,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 ก.ค. 2564
เป็นเงิน 992,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 124 บาท/ชุด
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 5.1 บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด
 - 5.2 บริษัท พรอสเพอริเทก จำกัด
 - 5.3 หจก. พี.พี.กรุภัณฑ์
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายสุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - 6.2 นางบังอร ศรีสงคราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - 6.3 นางดวงพร เวียงลิ้มมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()