



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาล
ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกรวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๐๐ เตียง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อย บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนัตยา มิส)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกรวาวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ
โรงพยาบาลขอนแก่น

1. ความต้องการ

เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกรวาวปีกนก ควบคุมการทำงานด้วยการใช้มือหมุน มีคุณสมบัติตามกำหนด

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยเพื่อการดูแลรักษาในโรงพยาบาล

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 โครงสร้างหลักทำจากเหล็กกล่อง ขนาด 4x8 เซนติเมตร พื้นเตียงผลิตจากแผ่นเหล็กกรัดบ่มขึ้นรูปหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พร้อมเคลือบสีฝุ่นอบ (Power Coating) ไม่น้อยกว่า 2 ชั้นกันสนิมอย่างดีและป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

3.2 ความกว้างของเตียงวัดจากราวข้างเตียงชนราวข้างเตียงตั้งขึ้นไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร ความยาวของเตียงมีขนาดไม่น้อยกว่า 210 เซนติเมตร ปรับระดับความสูงของเตียงได้ไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร และปรับต่ำสุดไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร


3.3 ส่วนพื้นเตียงรองรับคนไข้ มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 84 เซนติเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 192 เซนติเมตร แบ่งเป็น 4 ตอน แต่ละตอนมีขนาด 84x76, 84x20, 84x32, 84x52 เซนติเมตร และมีที่วัดองศายึดติดกับพื้นเตียงด้านข้าง 4 จุด ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (Polypropylene: PP) ฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก (พร้อมเอกสารรับรอง) มีช่องระบายอากาศบ่มขึ้นรูปอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า 78 ช่อง แต่ละช่องมีขนาด 2x8 เซนติเมตร สามารถระบายอากาศและลดความอับชื้นของพื้นเตียงได้เป็นอย่างดี

3.4 ในระดับปกติเตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม เมื่อปรับระดับความสูงสุดแล้วสามารถรับน้ำหนัก ได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม


3.5 พนักหัวเตียง-ท้ายเตียงผลิตจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) PP ฉีดขึ้นรูปทั้งชิ้น มีความแข็งแรง มีช่องสำหรับจับเข็นย้ายเตียง หัวเตียงและท้ายเตียงมีสลักล็อกในการใส่ยึดติดกับตัวเตียง สามารถถอดเข้าออกจากตัวเตียงได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย พร้อมทั้งเสียบเสาน้ำเกลือไม่น้อยกว่า 4 จุด

.....


นางบุศดา ขามพิทักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

.....


นางจรรยา น้อมกุศล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....


นางสาวทิวากร กล่อมปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.6 ราวกันของเตียงทำจากสแตนเลสกลมเกรด 304 ปลอดภัยขึ้น-ลง ทั้ง 4 ราว ด้านละ 2 ตอน ราวกันเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร แต่ละตอนยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีซี่ลูกกรงต่อขึ้น ไม่น้อยกว่า 11 ซี่ ราวกันเตียงมีลักษณะเป็นทรงกล่องครอบทำจากสแตนเลสเกรด 304 เพื่อความคงทน แข็งแรง ปลอดภัยราวกันเตียงด้วยสลักตรงกลางราวแบบดิ่งใต้กล่องครอบด้วยระบบสปริง สลักดิ่งปลอดภัย เก็บมิดชิด เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

3.7 โถงหมอนเตียงสามารถปรับเฟวเลอร์ได้ 3 โถง คือ ปรับระดับยกส่วนศีรษะ ปรับระดับยกส่วนเท้า และปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง โดยระบบเฟืองโลหะ ขณะหมอนทำให้สิ้น แข็งแรง ทนทาน มือจับโถงหมอนทำจากสแตนเลสอย่างดี

3.8 ปรับระดับโดยการใช้โถงหมอน สามารถปรับระดับได้อย่างน้อย 3 ระดับดังนี้

3.8.1 สามารถปรับระดับยกแผ่นหลังไม่น้อยกว่า 0-80 องศา (พร้อมอุปกรณ์วัดระดับองศา)

3.8.2 สามารถปรับระดับยกหัวเข้าได้ไม่น้อยกว่า 0-35 องศา หรืออยู่ในลักษณะงอขาได้ (พร้อมอุปกรณ์วัดระดับองศา)

3.8.3 สามารถปรับระดับต่ำสุดของเตียงได้ไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และเตียงปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร พร้อมระบบโซ้คแบบไฮดรอลิก 2 ตัว เพื่อช่วยในการผ่อนแรงขณะปรับระดับยกขึ้น-ลง ได้ง่ายขึ้น

3.9 มีที่สำหรับเสียบเสาน้ำเกลือไม่น้อยกว่า 8 จุด


3.10 มีที่แขวนถุงปัสสาวะด้านซ้ายและขวา ข้างละไม่น้อยกว่า 3 จุด


3.11 มีจุดรัดเชือกผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 10 จุด


3.12 มีตะแกรงสำหรับวางสิ่งของหรือสัมภาระของผู้ป่วยใต้เตียง

3.13 ล้อยางหมอนิสระทั้ง 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว พร้อมระบบล็อกคิสระทั้ง 4 ล้อ

3.14 ที่นอนชะลอการเกิดแผลกดทับชนิด 2 ชั้น ดังนี้ ชั้นล่างผลิตจากโฟมชนิดโพลียูรีเทน (Polyurethane Foam) และด้านบนผลิตจากเมมโมรี่โฟม (Memory Foam) ขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว รวมความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ปลอดภัยทำจากหนังสังเคราะห์ (PU) มีคุณสมบัติ ดังนี้ สามารถป้องกันน้ำซึมผ่าน ไม่ลามไฟ สามารถป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรค (พร้อมเอกสารรับรองมาตรฐาน) ปลอดภัยมีชิปสามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้


.....
นางบุตดา ขามพิทักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


.....
นางจิราพร น้อมกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


.....
นางสาวทิวากร กลุ่มปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1 อุปกรณ์ที่นอนชนิดเมมโมรี่โฟม (Memory Foam) มีความหนาขนาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุดต่อเตียง

4.2 เสาไม้เก็ลทำจากสแตนเลสอย่างดี สามารถปรับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ชุดต่อเตียง

4.3 โต๊ะรับประทานอาหาร แบบติดกับตัวเตียง ผลิตจากวัสดุ Polypropylene (PP) ขนาดไม่น้อยกว่า 36x92x2.5 เซนติเมตร ขาโต๊ะทำจากสแตนเลส สามารถพับเก็บท้ายเตียงได้กรณีไม่ต้องการใช้งาน (Over Bed Table) จำนวน 1 ชุดต่อเตียง

4.4 ที่วางขวด Alcohol handrub ทำจากพลาสติก (PP) ขึ้นรูปขึ้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง 8 cms* ยาว 7.5 cms* สูง 14 cms) จำนวน 1 ชุดต่อเตียง

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 ผู้ขายจะต้องรับรองว่า สินค้าที่จำหน่ายและส่งมอบเป็นสินค้าของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

5.2 ผู้ขายจะต้องรับรองว่า จะทำการรับประกันคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายและส่งมอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบและตรวจรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย

5.3 ผู้ขายจะต้องรับรองว่าภายในระยะประกัน หากชุดอุปกรณ์มีปัญหาชำรุด ผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

5.4 ผู้ขายจะต้องรับรองว่า โรงงานผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยระดับสากล ISO 13485, ISO 9001, ISO: 14001 และ USA FDA โดยจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

5.5 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายและจะต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา


5.6 ผู้ขายจะต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากองค์การอาหารและยา (อย.) สำหรับสินค้าที่เสนอราคา ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

.....


นางบุศดา ขามพิทักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

.....


นางจิราพร น้อมกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....


นางสาวทิวากร กล่อมปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี).....

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกรราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)	
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) จำนวน 100 เตียง ราคา/หน่วย 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)	
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด.คังวอณ (ประเทศไทย)	
2. บริษัท เจ็ท เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด	
3. บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์ เมดิแคร์ จำกัด	
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
6.1 นางบุตดา ขามพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
6.2 นางจิราพร น้อมกุศล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.3 นางสาวทิวากร กล่อมใจไธเถา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ