



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๒,๒๕๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก และเอว

แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากัน

ตลอดแกนชนิดหัวเล็ก (Pedicular Screws System)

จำนวน ๔ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนิตยา มิลล์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และ เอว แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากัน
ตลอดแกนชนิดหัวเล็ก (Pedicular Screws System)

โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์ใช้งาน


ใช้สำหรับผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และ เอว ในรายผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังผิดรูป โกง
เสื่อมหรือหัก และกระดูกสันหลังพรุน หรือ บาง

คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป


1. วัสดุผลิตจากไทเทเนียมอัลลอยด์
2. สามารถนั่ง ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนเพื่อการปลอดเชื้อ โดยไม่เสียคุณสมบัติและความแข็งแรง
3. เป็นระบบใส่แท่งโลหะจากทางด้านบน (Top loading)

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์สกรูยึดกระดูกสันหลัง
 - วัสดุผลิตจากไทเทเนียมอัลลอยด์ ระบบล๊อคระหว่างแท่งโลหะ และสกรูเป็นระบบล๊อคด้วยสกรู
เพียงชิ้นเดียว
 - วิธีการล๊อคใช้วิธีใส่สกรูจากทางด้านบนของหัวสกรู
 - ไม่จำเป็นต้องทำเกลียวก่อนใส่ (Self - tapping)
 - ส่วนหัวของสกรูสามารถทนต่อแรงบิดหมุนสกรูเพื่อล๊อค ระบบให้แข็งแรง มั่นคง ได้อย่างน้อย
ถึง 10 นิวตันเมตร
 - ลักษณะเกลียวของสกรูเป็นแบบ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียวสกรูเท่ากันตลอดลำ ซึ่ง
สามารถขันสกรูเดินหน้า และถอยหลังได้โดยไม่เสียความแข็งแรงของกระดูก
 - เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวสกรูมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 10.5 มิลลิเมตร
 - ความสูงของหัวสกรูชนิดที่บริเวณส่วนหัวสกรูไม่สามารถหมุนได้ (Monoaxial Screws) หลังจาก
หักปีกทั้งสองข้างแล้วต้องมีความสูงไม่เกิน 16 มิลลิเมตร
 - ความสูงของหัวสกรูชนิดที่บริเวณส่วนหัวสกรูสามารถหมุนได้ (polyaxial Screws) หลังจากหัก
ปีกทั้งสองข้างแล้วต้องมีความสูงไม่เกิน 16.0 มิลลิเมตร
2. ลักษณะของสกรูจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
 - 2.1 สกรูชนิดที่บริเวณส่วนหัวสกรูไม่สามารถหมุน (Monoaxial Screws)
 - 2.2 สกรูชนิดที่บริเวณส่วนหัวสกรูสามารถหมุนได้รอบตัว (Polyaxial Screws) และสามารถเอียงทำ
มุมกับแกนของสกรูได้ไม่น้อยกว่า 40 องศา




(นายพงศธร เหล่าภักดี)



(นางสาวณัฐกานต์ นักพ่อน)




(นายณิต พูเจริญ)



(นางบังอร ศรีสงคราม)




(นายกิตติพงษ์ เศรษฐ์สัมพันธ์)




(นางชุตรี วัชรสุขโพธิ์)


3. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูจะมีขนาดตั้งแต่ 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากันตลอดสกรู (ยกเว้นตรงคอสกรู)
4. ส่วนหัวของสกรูมีลักษณะเป็นปีกยื่นออกมาสองข้าง เพื่อช่วยในการReduction ตรงกลางมีที่ว่างให้สามารถใส่แท่งโลหะลักษณะกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตรได้ และสามารถหักปีกทั้งสองข้างออกได้
5. ความยาวของสกรู ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร ความยาวของสกรูจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 50 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความยาวสกรูทีละ 5 มิลลิเมตร
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 มิลลิเมตร ความยาวของสกรูจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 50 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความยาวสกรูทีละ 5 มิลลิเมตร
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 มิลลิเมตร ความยาวของสกรูจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 60 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความยาวสกรูทีละ 5 มิลลิเมตร
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.0 มิลลิเมตร ความยาวของสกรูจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 60 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความยาวสกรูทีละ 5 มิลลิเมตร
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.0 มิลลิเมตร ความยาวของสกรูจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 60 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความยาวสกรูทีละ 5 มิลลิเมตร
6. อุปกรณ์ล้อกระหว่งแท่งโลหะกับหัวสกรู (Inner set screws)
 - สามารถใช้ได้กับสกรูทั้งสองชนิดเพื่อล็อกระบบให้แน่นและแข็งแรง
 - ผลิตจากไทเทเนียม อัลลอยด์
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
 - เมื่อขันแน่นแล้วจะทำให้ set screw ยึดแน่นกับหัวสกรู
7. อุปกรณ์แท่งโลหะตามกระดูกสันหลัง (Rod)
 - แท่งโลหะมีลักษณะเป็นแท่งกลมตรง
 - มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร มีความยาวไม่ต่ำกว่า 400 มิลลิเมตร และสามารถตัดตามขนาดที่ต้องการได้
 - ผลิตจากไทเทเนียม อัลลอยด์
8. อุปกรณ์แท่งโลหะตามกระดูกส่วนขวาง (Crosslink)
 - ผลิตจากไทเทเนียม อัลลอยด์
 - เป็นแท่งโลหะที่ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อแท่งโลหะทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน
 - สามารถปรับขนาดยึดความยาวได้ ตั้งแต่ 45 ถึง 75 มิลลิเมตร




(นายพงศธร เหล่าภักดี)



(นางสาวณัฐกานต์ นักพ่อน)




(นายณิต พูเจริญ)



(นางบังอร ศรีสงคราม)




(นายกิตติพงษ์ เศรษฐสัมพันธ์)



(นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์)

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE Mark หรือ FDA
2. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือ ผ่านการสาธิตมาก่อน
3. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
4. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
5. กรณีชุดเครื่องมือประเภทเดียวกัน มูลค่าเท่ากันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของการใช้งาน
6. ในกรณีชุด Implant ของเครื่องมือที่ใส่ไม่ครบชุดให้คิดตามมูลค่าที่ใส่ตามจำนวนจริง
7. ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดของชุด Implant ต่อชิ้น และต่อชุด มาเพื่อประกอบการพิจารณา
8. กรณีเครื่องมือแพทย์ต้องนำเข้าโดยผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยมีใบจด ทะเบียนของสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาแสดง
9. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10. บริษัทต้องมีชุดเครื่องมือสำหรับช่วยจัดรูปกระดูกสันหลัง Spondylolisthesis reduction instrument ให้ยืมใช้ เมื่อทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้ และเมื่อมีการร้องขอ


.....


(นายพงศธร เหล่าภักดี)


.....

(นางสาวณัฐกานต์ นักพ็อน)


.....


(นายณิต พูเจริญ)


.....

(นางบังอร ศรีสงคราม)


.....

(นายกิตติพงษ์ เศรษฐ์สัมพันธ์)


.....


(นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน ออก และ เอว แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของ

แกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็ก (Pedicular Screws System) จำนวน 4 รายการ


ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	Set screw	230	400	92,000
2	S4 Monoaxial Screw L4.5 x 25 mm. – 8 x 60 mm.	130	4,825	627,250
3	S4 Polyaxial Screw L4.5 x 25 mm. – 8.0 x 60 mm.	120	4,825	579,000
4	S4 Adjustable Cross Connector 43 - 49 mm. – 60 - 75 mm.	2	12,000	24,000
	รวมทั้งสิ้น	482		1,322,250



(นายพงศธร เหล่าภักดี)



(นายธนิต พุเจริญ)




(นายกิตติพงษ์ เศรษฐ์สัมพันธ์)



(นางสาวณัฐกานต์ นักพ่อน)



(นางบังอร ศรีสงคราม)




(นางชูศรี วัชรสุโขทัย)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และ เอว แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของ

แกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็ก (Pedicular Screws System) จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	Set screw	230		
2	S4 Monoaxial Screw L4.5 x 25 mm. – 8 x 60 mm.	130		
3	S4 Polyaxial Screw L4.5 x 25 mm. – 8.0 x 60 mm.	120		
4	S4 Adjustable Cross Connector 43 - 49 mm. – 60 - 75 mm.	2		
	รวมทั้งสิ้น	482		



(นายพงศธร เหล่าภักดี)




(นายณิต พูเจริญ)



(นายกิตติพงษ์ เศรษฐสัมพันธ์)



(นางสาวณัฐกานต์ นักพ่อน)



(นางบังอร ศรีสงคราม)



(นางชุศรี วัชรสุขโพธิ์)

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และ เอว แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็ก (Pedicular Screws System) จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น
1	S4 Set screw	230
2	S4 Monoaxial Screw L4.5 x 25 mm. – 8 x 60 mm.	130
3	S4 Polyaxial Screw L4.5 x 25 mm. – 8.0 x 60 mm	120
4	S4 Adjustable Cross Connector 43 - 49 mm. – 60 - 75 mm.	2

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 1,322,250..... บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 มิ.ย. 2564 เป็นเงิน 1,322,250.....บาท

โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และ เอว แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็ก (Pedicular Screws System) จำนวน 4 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	S4 Set screw	230	400	92,000
2	S4 Monoaxial Screw L4.5 x 25 mm. – 8 x 60 mm.	130	4,825	627,250
3	S4 Polyaxial Screw L4.5 x 25 mm. – 8.0 x 60 mm	120	4,825	579,000
4	S4 Adjustable Cross Connector 43 - 49 mm. – 60 - 75 mm.	2	12,000	24,000
	รวมทั้งสิ้น	482		1,322,250

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้

5.1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

5.2. บริษัท KS Medical Co.,Ltd.

5.3. PITHUK BIO SURGICAL CO.,LTD

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายพงศธร เหล่าภักดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

6.2 นายธนิต พุเจริญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

6.3 นายกิตติพงษ์ เศรษฐสัมพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

6.4 นางสาวณัฐกานต์ นักฟ่อน นายแพทย์ชำนาญการ

6.5 นางบังอร ศรีสงคราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

6.6 นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ