



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๖๖,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดให้สารละลาย

จำนวน ๒ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ
ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ **๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔** ระหว่างเวลา **๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.**

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ **๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔** ถึงวันที่ **๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔** โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ **๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔**


(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดให้สารละลาย จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลขอนแก่น

๑. ความต้องการ

๑.๑ ชุดให้สารละลายชนิดหยดธรรมดา (Set Macro drip)

๑.๒ ชุดให้สารละลายชนิดหยดเล็ก (Set Microdrip)

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ชุดให้สารละลายชนิดหยดธรรมดา (Set Macro drip)

๒.๑.๑ ที่แทงจุดขวดหรือถุงเป็นพลาสติกชนิดแข็งพร้อมฝาครอบต่อจากกระเปาะหยด

๒.๑.๒ มี AIR-VENT ในตัวพร้อมฝาปิด - เปิด AIR-VENT ที่ส่วนล่างของหัวแทงเป็นชนิด Hydrophobic-filter ปิดอยู่เพื่อให้อากาศเข้า แต่ของเหลวจะไม่สามารถไหลออกมาได้ เพื่อป้องกัน Bacteria ได้

๒.๑.๓ ภายในหลอดหยดมีแกนที่สามารถควบคุมให้ ๑ นาที น้ำหยดได้ ๑๕-๒๐ หยด เป็นปริมาณ ๑ ซีซี

๒.๑.๔ กระเปาะหยดเป็นแบบนิ่ม สามารถคืนตัวคงรูปได้ สำหรับบีบไล่อากาศและแรงน้ำเกลือได้

๒.๑.๕ สายทำด้วยPVC ชนิด Medical grade ความยาวจากหลอดหยดน้ำเกลือถึงข้อต่อไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เซนติเมตรปลายสายที่จะต่อกับเข็มมีฝาครอบมิดชิด

๒.๑.๖ ที่บังคับควบคุมการหยดของน้ำเกลือ เป็นแบบลูกกลิ้งเลื่อนในรางรอกสามารถบังคับอัตราการไหลของหยดน้ำเกลือได้ดีพร้อม Clamp Lock เพื่อใช้ในกรณีต้องการหยุดการให้น้ำเกลือ

๒.๑.๗ มีที่สำหรับแทงเข็มเพื่อใช้ในการฉีดยาต่างๆ

๒.๑.๘ ข้อต่อเข็มแบบ Luer Type ใช้ต่อกับเข็มหรือชุด P.S.V. ได้ทุกขนาด

๒.๑.๙ บรรจุในซองพลาสติก ๑ ชั้นที่ปิดสนิททำให้ปราศจากเชื้อโดยทำให้ปราศจากเชื้อโดย EOหรือ Gamma Rays

๒.๑.๑๐ ผลิตภัณฑ์ทุกซองต้องพิมพ์ระบุวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และ Lot number

๒.๑.๑๑ ผลิตภายในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP หรือ ISO ๑๓๔๘๕ ให้เกี่ยวข้องกับสินค้าที่นำเสนอ

๒.๑.๑๒ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน EN หรือ มอก.

๒.๒ ชุดให้สารละลายชนิดหยดเล็ก (Set Microdrip)

๒.๒.๑ ที่แทงจุดขวดIVหรือถุงIVเป็นพลาสติกชนิดแข็งที่ต่อจากกระเปาะหยดพร้อมมีฝาครอบ

๒.๒.๒ มี AIR-VENT ในตัวพร้อมฝาปิด - เปิด AIR-VENT เป็นชนิด Hydrophobic-filter ความละเอียดไม่เกิน๓ ไมครอน เพื่อป้องกันไม่ให้ Bacteria ผ่านเข้าไปผ่านเข้าไป ในน้ำเกลือ

๒.๒.๓ ภายในหลอดหยดมีแกนต่อเป็นพิเศษทำด้วย Stainless ที่สามารถควบคุมให้ ๑ นาที น้ำหยดได้ ๖๐ หยด เป็นปริมาณ ๑ ซีซี

๒.๒.๔ หลอดหยดเป็นแบบนิ่ม สามารถคืนตัวคงรูปได้ สำหรับบีบไล่อากาศและแรงน้ำเกลือได้

๒.๒.๕ สายทำด้วย PVC ชนิด Medical grade ยาวจากหลอดหยดน้ำเกลือถึงข้อต่อยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เซนติเมตร ปลายสายที่จะต่อกับเข็มให้มีฝาครอบมิดชิด

๒.๒.๖ ที่บังคับควบคุมการหยดของน้ำเกลือ เป็นแบบลูกกลิ้งเลื่อนในรางรอกสามารถบังคับความเร็วของหยดน้ำเกลือได้ดีพร้อม Clamp Lock เพื่อใช้ในกรณีต้องการหยุดการให้น้ำเกลือ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

.....
(นางพนินรัฐ จอมเพชร)

.....
(นางพัชรี ศรีภาพร)

.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

- ๒.๒.๗ มีที่สำหรับแทงเข็มเพื่อใช้ในการฉีดยาต่างๆ
- ๒.๒.๘ ข้อต่อเข็มแบบLuer Slip ใช้ต่อกับเข็มหรือชุด P.S.V. ได้ทุกขนาด
- ๒.๒.๙ เข็มแทงเข้าเส้นเลือดขนาด ๒๕ G ความยาว ๑ นิ้ว พร้อมปลอก PVC. แยกต่างหากจาก Set บรรจุในซองเดียวกัน
- ๒.๒.๑๐ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นบรรจุของพลาสติกMedical grade ชั้นเดียว ต้องระบุวันผลิต วันหมดอายุ Lot number
- ๒.๒.๑๑ ผลิตภัณฑ์ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย EOหรือ Gramma ray หรือ Electron beam
- ๒.๒.๑๒ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ หรือ GMP กระทรวงสาธารณสุข scope for สินค้าที่นำเสนอ
- ๒.๒.๑๓ ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน CE Mark หรือ มอก.หรือ FDA

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีระยะเวลาคงความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๓.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการประเมินผลการใช้จากโรงพยาบาล โดยส่งตัวอย่างรายการละ ๑๐๐ Set เพื่อทดสอบและประเมินผลไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
- ๓.๓ ผลิตภัณฑ์ที่นำส่งมอบ หากมีปัญหาทางบริษัทยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับการแจ้ง
- ๓.๔ กรณีเป็นสินค้านำเข้าที่ผลิตในประเทศไทย ให้แสดงใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- ๓.๕ กรณีเป็นสินค้านำเข้า บริษัทผู้ขายต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และแสดงหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
- ๓.๖ บริษัทผู้ขายมีหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทผลิตให้แสดงเอกสาร
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้
- ๓.๘ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณา และสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

.....
(นางพินรัฐ จอมเพชร)

.....
(นางพัชรี ศรีภาพร)

.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

เวชภัณฑ์ที่มีขาย
ชุดให้สารละลาย
จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)
๑	ชุดให้สารละลายชนิดหยดธรรมดา (Set Macro drip)	๒๖๐,๐๐ Set	๘.๑๐	๒,๑๐๖,๐๐๐.๐๐
๒	ชุดให้สารละลายชนิดหยดเล็ก (Set Microdrip)	๘๐,๐๐๐ Set	๑๕.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้นประมาณ				๓,๓๐๖,๐๐๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

.....
(นางพินรัฐ จอมเพชร)


.....
(นางพัชรี ศรีภาพร)


.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)


เวชภัณฑ์ที่มีขาย
ชุดให้สารละลาย
จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)
๑	ชุดให้สารละลายชนิดหยดธรรมดา (Set Macro drip)	๒๖๐,๐๐ Set		
๒	ชุดให้สารละลายชนิดหยดเล็ก (Set Micro drip)	๙๐,๐๐๐ Set		
รวมทั้งสิ้นประมาณ				

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)


.....
(นางพินรัฐ จอมเพชร)


.....
(นางพัชรี ศรีถาวร)


.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชุดให้สารละลาย จำนวน ๒ รายการ

- ๑.๑ ชุดให้สารละลายชนิดหยดธรรมดา (Set Macro drip) จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ Set
 ๑.๒ ชุดให้สารละลายชนิดหยดเล็ก (Set Microdrip) จำนวน ๖๐,๐๐๐ Set

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานคลังเวชภัณฑ์ที่มีใช้ฯ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๓.๑ รายการที่ ๑ ๒,๓๖๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 ๓.๒ รายการที่ ๒ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่.....**21.01.2564**.....เป็นเงิน ๓,๒๖๖,๐๐๐.- บาท

ชุดให้สารละลาย จำนวน ๒ รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/Set	ราคา/Set	ราคารวม
๑	ชุดให้สารละลายชนิดหยดธรรมดา (Set Macro drip)	๒๖๐,๐๐๐	๙.๑๐	๒,๓๖๖,๐๐๐.๐๐
๒	ชุดให้สารละลายชนิดหยดเล็ก (Set Microdrip)	๖๐,๐๐๐	๑๕.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๓๒๐,๐๐๐		๓,๒๖๖,๐๐๐.๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่เคยซื้อภายใน ๒ ปีงบประมาณ

- ๕.๑ รายการที่ ๑ และ รายการที่ ๒ เป็นราคาที่เคยซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขาย
 เลขที่ ขก ๐๐๓๒.๑/๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๖.๑ นางพินรัฐ จอมเพชร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 ๖.๒ นางพัชรี ศรีถาวร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 ๖.๓ นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ