



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติ

สำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของการเช่า ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๕๓,๕๐๐.-บาท (หกล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (๑,๒๑๐,๗๐๐.-บาท/ปี) ระยะเวลาเช่า ๕ ปี

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่างานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๔๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

**รายละเอียดการเข้าเครื่องตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา
โรงพยาบาลขอนแก่น**

1. วัตถุประสงค์


- 1.1 เพื่อเข้าเครื่องตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยาจำนวน 4 รายการ
- 1.2 เพื่อให้การจัดการสิ่งส่งตรวจและการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องรวดเร็วลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและลดความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error)
- 1.3 สามารถพัฒนาระบบและเครื่องมือเพื่อรองรับปริมาณสิ่งส่งตรวจที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงานและบุคลากร (Extensibility and Flexibility)
- 1.4 เพื่อให้แพทย์และผู้ให้บริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยความถูกต้องและรวดเร็วอันจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วทันเวลาและแม่นยำ

2. ขอบข่ายของงาน

- 2.1 ผู้ให้เข้าจะต้องให้เข้าเครื่องตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยาพร้อมน้ำยา สำหรับบริหารจัดการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยต้องมีคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบเครื่องและน้ำยาตรวจวิเคราะห์ดังนี้
 - 2.1.1 เป็นเครื่องตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติระบบ Random Access สามารถตรวจหาสารชีวเคมีได้ทั้งในงานตรวจประจำ (Routine) และงานตรวจพิเศษ (Special Chemistries) เช่น Specific Protein, Therapeutic drugs หรือ Drugs of Abuse
 - 2.1.2 เป็นเครื่องที่สามารถทำการเติมน้ำยา Consumable และ Accessories ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แม้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
 - 2.1.3 เป็นเครื่องที่ช่องใส่น้ำยามีจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ช่องและมีระบบควบคุมความเย็นอยู่ภายในตัวเครื่อง
 - 2.1.4 เป็นเครื่องที่มีระบบที่สามารถตรวจสอบ Clots, Bubble หรือ Foam ก่อนทำการตรวจวัด ในกรณีตรวจพบว่าสิ่งส่งตรวจมีความผิดปกติ เพื่อลดความผิดพลาด ลดระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์
 - 2.1.5 กรณีที่ค่าตรวจวัดสูงกว่า linearity ของ standard curve หรือ limit ของการตรวจวัดนั้นเครื่องสามารถทำการเจือจางตัวอย่างอัตโนมัติ (Automatic sample dilution)
 - 2.1.6 เป็นเครื่องที่มีความเร็วในการทดสอบไม่น้อยกว่า 150 การทดสอบต่อชั่วโมง
 - 2.1.7 น้ำยาทุกชนิดต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับเครื่องตรวจวิเคราะห์เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูป (ready to use) พร้อมใช้งานโดยไม่มีขั้นตอนการเตรียมหรือตั้งที่ไว้ก่อนการใช้งาน
 - 2.1.8 น้ำยาทุกชนิดต้องสามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่มีระบบ Reader สำหรับอ่าน Barcode หรือ RFID จากน้ำยา
 - 2.1.9 น้ำยาทุกชนิดต้องได้รับใบอนุญาตการนำเข้าและจัดจำหน่ายจากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย
 - 2.1.10 น้ำยาที่ใช้ในการทดสอบทุกรายการตรวจสามารถอ้างอิงถึงมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ในระดับสากลและนานาชาติเช่น CE mark หรือ US FDA


(นางสาวกัญญา โจนนการ)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(นางนัตถิยา ศรีสุราช)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ


(นางสาวสุภัททิ์ แสนสีหา)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

2.1.11 เป็นเครื่องมือชุดน้ำยาตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยาที่สามารถตรวจวิเคราะห์ครอบคลุมรายทั้งหมดดังนี้

ลำดับที่	น้ำยา	หลักการ	จำนวน (Test)
2.1.11.1	น้ำยาตรวจสอบสาร Phenytoin	Electrochemiluminescence, Colorimetric หรือ Turbidimetric	14,000
2.1.11.2	น้ำยาตรวจสอบสาร Phenobarbital	Electrochemiluminescence, Colorimetric หรือ Turbidimetric	9,000
2.1.11.3	น้ำยาตรวจสอบสาร Valproate	Electrochemiluminescence, Colorimetric หรือ Turbidimetric	9,000
2.1.11.4	น้ำยาตรวจสอบสาร Tacrolimus	Electrochemiluminescence, Colorimetric หรือ Turbidimetric	1,500

2.2 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องตรวจอัตโนมัติ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และมีการทดสอบเครื่องให้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าจนสามารถใช้งานได้

2.3 ผู้ให้เช่าตกลงติดตั้งเครื่อง พร้อมสาธิตการใช้งาน ฝึกอบรม และแนะนำการใช้งาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้

2.4 ผู้ให้เช่าต้องจัดเชื่อมต่อกับระบบ LIS หรือ ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการที่ใช้อยู่

2.5 ผู้ให้เช่าต้องมี call center สามารถติดต่อเพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทั้งทีมนช่วงไอทีและแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.6 ผู้ให้เช่าต้องมีช่างผู้ชำนาญที่ผ่านการฝึกอบรมโดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือมาทำการ preventive maintenance ให้เครื่องทุก 3 เดือน

2.7 ผู้ให้เช่าต้องส่ง Calibrator, Control ตลอดจนน้ำยาและอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ใช้ประกอบในการตรวจวิเคราะห์และต้องจัดส่งให้เพียงพอตลอดอายุสัญญาโดยไม่คิดมูลค่า

2.8 ผู้ให้เช่าต้องจัดหาโปรแกรมทดสอบความสามารถจากองค์กรภายนอก (External Quality Control) ที่น่าเชื่อถือ ให้ใช้ตลอดอายุสัญญา

2.9 โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อน้ำยาปีต่อปีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหากบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการหรือเมื่อใช้งานแล้วคุณสมบัติไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตที่กำหนดหรือตามที่นำเสนอหรือพบปัญหาทางด้านเทคนิคหรือการบริการที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 3 เดือนคณะกรรมการโรงพยาบาลখনแก่นสามารถพิจารณายกเลิกสัญญาได้และในระหว่างการยกเลิกสัญญาทางบริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ยังคงดำเนินการบริการผู้ป่วยได้จนกว่ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลখনแก่นสามารถดำเนินการตรวจด้วยวิธีการใหม่ได้



(นางสาวกาญจนา โถมนการ)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางนันทิยา ศรีสุราช)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



(นางสาวสุกัฏฐิ แสนสีหา)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

3. ระยะเวลาในการเช่า

ระยะเวลา 5 ปี นับแต่ผู้เช่าได้รับมอบเครื่องตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยาจำนวน 4 รายการและมีองค์ประกอบครบชุด ในสภาพที่ติดตั้งพร้อมใช้งานจากผู้ให้เช่า

4. วิธีการชำระค่าเช่าพร้อมน้ำยา

ค่าเช่าเครื่องตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยาจำนวน 4 รายการและมีองค์ประกอบครบชุดสำหรับการตรวจจากสิ่งส่งตรวจจากมนุษย์ ชำระเป็นรายเดือนโดยคิดยอดชำระจากปริมาณรายงานการทดสอบที่สมบูรณ์

5. ข้อกำหนดเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า

ผู้ให้เช่าจะต้องนำเครื่องตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยาจำนวน 4 รายการและมีองค์ประกอบครบชุดสำหรับการตรวจจากสิ่งส่งตรวจจากมนุษย์ พร้อมอุปกรณ์ ออกนอกพื้นที่ของโรงพยาบาล แล้วปรับปรุงสถานที่ให้อยู่ในสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าภายใน 30 วัน

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา



(นางสาวกาญจนา โถมนาร)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางนันทิยา ศรีสุราช)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



(นางสาวสุกัญญา แสนสีหา)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ใบเสนอราคา

เช่าเครื่องตรวจสอบสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา

รายละเอียดสินค้า	จำนวน	ราคา/report	จำนวนเงิน
น้ำยาตรวจสอบสาร Phenytoin	14,000		
น้ำยาตรวจสอบสาร Phenobarbital	9,000		
น้ำยาตรวจสอบสาร Valproate	9,000		
น้ำยาตรวจสอบสาร Tracrolimus	1,500		
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกาญจนา โสมนาการ)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนันทฎิยา ศรีสุราช)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุกักติ แสนสีทา)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

เช่าเครื่องตรวจสอบชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา

รายละเอียดสินค้า	จำนวน	ราคา/report	จำนวนเงิน
น้ำยาตรวจสอบ Phenytoin	14,000	187.25	15,916,250.-
น้ำยาตรวจสอบ Phenobarbital	9,000	155	1,395,000.-
น้ำยาตรวจสอบ Valproate	9,000	155	1,395,000.-
น้ำยาตรวจสอบ Tracrolimus	1,500	428	642,000.-
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,053,500.-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกาญจนา โธมนการ)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนันทฎิยา ศรีสุราช)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุภัททิ์ แสนสีหา)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี).....

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เข้าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,053,500 บาท (หกล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **28 ก.ย. 2564**
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,053,500 บาท (หกล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการทดสอบ	หน่วยนับ	จำนวนประมาณ รวมเวลา 5 ปี	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม ประมาณ (บาท)
1	น้ำยาตรวจสาร Phenytoin	Test/ Report	14,000	187.25	2,621,500.-
2	น้ำยาตรวจสาร Phenobarbital	Test/ Report	9,000	155	1,395,000.-
3	น้ำยาตรวจสาร Valproate	Test/ Report	9,000	155	1,395,000.-
4	น้ำยาตรวจสาร Tracrolimus	Test/ Report	1,500	428	642,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)					6,053,500.-

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด

- 5.1 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.2 บริษัท แอสโซซิเอท เมดติคอล ซายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- 5.3 หจก. ดรัก เทสต์ติ้ง

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 6.1 นางสาวกาญจนา โธมนานการ | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางนันทฎิยา ศรีสุราช | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| 6.3 นางสาวสุภักดี แสนสีหา | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |