



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๘๘,๒๒๐.-บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ถุงบรรจุเลือดชนิด ๔ ถุง ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร มีถุงพ่วง
สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มตำ
(Quadruple Blood Bag ๔๕๐ ml. CPD with
sample pouch and needle guard)

จำนวน ๑๗,๒๒๘ ถุง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงบรรจุเลือดชนิด ๔ ถุง ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มที่มุด
(Quadruple Blood Bag ๔๕๐ ml. CPD-A๑ with sample pouch and needle guard)

โรงพยาบาลขอนแก่น

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการรับบริจาคเลือดและเตรียมส่วนประกอบเลือด โดยส่วนประกอบเลือดชนิดเม็ดเลือดแดงที่เตรียมได้มีเม็ดเลือดขาวปนอยู่น้อย (Leukocyte Poor Blood) โดยใช้วิธีการปั่น มีเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 1.2×10^6 เซลล์/ถุง

๒. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นถุงบรรจุเลือดที่มี ๔ ถุงพ่วงกัน ขนาด ๔๕๐ ml มี sample pouch สำหรับเก็บตัวอย่างของเลือดตอนเริ่มแรกการเจาะ (Quadruple Blood Bag ๔๕๐ ml.CPD-A๑ with sample pouch)

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑ เป็นถุงบรรจุเลือดที่มี ๔ ถุงพ่วงกัน ขนาด ๔๕๐ ml (Quadruple Blood Bag ๔๕๐ ml.CPD-A๑ with sample pouch) ประกอบด้วยถุงบรรจุเลือดขนาด ๔๕๐ ml ทำด้วย PVC Medical Grade ภายในถุงบรรจุน้ำยาป้องกันเลือดแข็งด้วย CPD ๑ ถุง ถุงพ่วงที่ใช้เก็บเม็ดเลือดทำด้วยพลาสติก Medical grade ที่บรรจุน้ำยา Red Cell Preservative ซึ่งสามารถเก็บเม็ดเลือดแดงได้นาน ๔๒ วัน ส่วนถุงพ่วงที่ใช้เก็บเกล็ดเลือดทำด้วยพลาสติก Medical grade ที่สามารถเก็บเกล็ดเลือดได้นานไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยมีผลการศึกษายืนยัน

๓.๒ มี sample pouch สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดตอนเริ่มแรกของการเจาะ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคบริเวณผิวหนังของร่างกายที่เจาะเก็บเลือด และลดการปนเปื้อนในขั้นตอนการการเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับการตรวจคัดกรองเลือด

๓.๓ ด้านบนของถุงบรรจุเลือดมีช่องสำหรับเสียบชุดให้เลือด และเสียบถุงถ่ายเลือด (Transfer bag) ที่สามารถดึงเปิดได้ง่าย




๓.๔ เข็มเจาะเป็นชนิด Thin Wall มีขนาด ๑๖ G x ๑.๕ นิ้ว เคลือบด้วยสารซิลิโคนเพื่อลดความเจ็บปวดของผู้บริจาคขณะเจาะเก็บเลือด

๓.๕ ปกป้องเข็มมีสัญลักษณ์ที่สังเกตได้ง่ายว่าปกป้องกันเข็มได้ถูกเปิดแล้ว มีปกป้องกันเข็มเป็นพลาสติกแข็ง (needle protection) เพื่อป้องกันเข็มที่มุดผู้ปฏิบัติงาน

๓.๖ สายของถุงเลือดมีความเหนียวทน ยืดหยุ่นและคืนตัวได้ง่ายเมื่อถูกกดทับ พับ หรือการรัดสาย ไม่เกิดรอยรั่ว ชำรุด ฉีกขาดง่าย

๓.๗ สายถุงเลือดสามารถแบ่งเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีหมายเลขเบอร์ถุงติดอยู่บนสาย ซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกันทั้งชุด โดยหมายเลขดังกล่าวไม่หลุดลอกหรือสับสนเมื่อผ่านการรัดสายหรือการแช่ที่อุณหภูมิต่างๆ

๓.๘ ถุงเลือดทั้งหมดปราศจากเชื้อ บรรจุในถุงหรือกล่องที่มิดชิด แต่ละถุงหรือกล่องต้องมีฉลากระบุ วัน เดือน ปีหรือ เดือน ปีที่ผลิต และวัน เดือน ปีหรือ เดือน ปีที่หมดอายุ รวมทั้ง Lot no. ของสินค้าและมีหลักฐานว่ามีการจัดเก็บและขนส่งในสภาวะที่เหมาะสม

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง		
1. 	2. 	3. 
(นายธารินทร์ ภัคดี)	(นายประติ สารบุตร)	(นางสาววันวิสาข์ พิมพ์สาร)

๓.๙ ถูกลือตทุกลูกมึนลากแสดงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ วัน เดือน ปีหรือ เดือน ปีที่ผลิต และวัน เดือน ปีหรือ เดือน ปีที่หมดอายุ และ Lot no. ติดแน่นอยู่บนตัวถูกลูก ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติกที่ทนความชื้นได้ ไม่เปื่อยยุ่ยและไม่หลุดลอกง่าย

๓.๑๐ มีหลักฐานที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE mark หรือ FDA หรือ ISO

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผู้ขายต้องมีหลักฐานใบจดทะเบียนประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔.๒ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา และเป็นหลักประกันว่าผู้ขายสามารถให้บริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ ในกรณีผู้บริจาคลือที่ใชถูกลูกชนิดนี้ครั้งที่ ๒ ขึ้นไปมีร่องรอยการติดเชื้อ ผู้ขายยินดีชดเชยถูกลูกชนิดดังกล่าวคืนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๔.๔ ในกรณีเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องใดๆ กับถูกลูกที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริจาคลือหรือผู้ป่วยทั้งร่างกายและ/หรือจิตใจ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ และจะหยุดการใช้งานจนกว่าผู้ขายได้ทำการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแจ้งการปรับปรุงให้ผู้ซื้อได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และในระหว่างการดำเนินการแก้ไข ผู้ซื้อสามารถจัดถูกลูกของบริจาคลืออื่นมาใช้ได้ โดยไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสัญญาแต่ประการใด และผู้ขายต้องรับผิดชอบราคาค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น

๔.๕ หากถูกลูกหรือสายถูกลูกมีการฉีกขาด ร้าวซึม หักงอ แตก ฉลากหลุดลอกหรือหมายเลขสายลบลือน ทั้งก่อนใช้งานและขณะใช้งาน ผู้ขายต้องเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า และถ้าเกิน ๐.๓ % ของถูกลูกที่ใช ผู้ซื้อมึสิทธิยกเลิกสัญญาได้



๔.๖ ผู้ขายต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้ทุก ๓ เดือน ถ้าไม่ผ่านการทดสอบ ผู้ซื้อสามารถยกเลิกสัญญา โดยผู้ขายไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ซื้อได้

๔.๗ ผู้ขายต้องมีเครื่องบิแยกส่วนประกอบลืออัตโนมัติให้อย่างน้อย ๔ เครื่องให้ยืมใช้โดยไม่คิดมูลค่าเครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆกรณีเครื่องชำรุดใช้งานไม่ได้

๔.๘ ผู้ขายต้องทำการบำรุงรักษาเครื่องบิแยกส่วนประกอบลืออัตโนมัติ (Maintenance) ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง พร้อมออกใบรับรองและสติ๊กเกอร์บ่งชี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๙ ผู้ขายมึคู่มือการใช้เครื่องบิแยกส่วนประกอบลือที่ได้มาตรฐานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ใช้งาน ๑ ชุด

๔.๑๐ ผู้ขายสามารถจัดอบรมวิธีเจาะเก็บลือและเตรียมส่วนประกอบของลือ รวมทั้งการใช้เครื่องมือให้ผู้ใช้ หรือ การจัดวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ครั้ง / ปี

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง		
1. 	2. 	3. 
(นายธารินทร์ ภัคดี)	(นายประติ สารบุตร)	(นางสาววันวิสาข์ พิมพิสาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี).....

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถุงบรรจุเลือดชนิด ๔ ถุง ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ (Quadruple Blood Bag ๔๕๐ ml. (CPD-A๑ with sample pouch and needle guard)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๒๘๘,๒๒๐.-บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕
 ราคาต่อหน่วย (๓๖๕.-บาท)
 จำนวน ๑๗,๒๒๘ ถุงๆละ ๓๖๕.-บาท เป็นเงิน ๖,๒๘๘,๒๒๐.-บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ
 ตามเลขที่สัญญา ขก ๐๐๓๒.๑/๑๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายธารินทร์ ภักดี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๖.๒ นายประติ สารบุตร	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๖.๓ นางสาววันวิสาข์ พิมพิสาร	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ