



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อ
ในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๘,๓๒๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

สายบอลลูนสำหรับเครื่องพุงการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๘๐ สาย

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ
ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อน
วันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายบอลลูนสำหรับเครื่องพุงการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่
โรงพยาบาลขอนแก่น


1. ลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นสายลูปโป่งสำหรับสวนเส้นเลือดแดงใหญ่เพื่อใช้ช่วยพุงหรือประคับประคองหัวใจ
- 1.2 สามารถแทงเข้าเส้นเลือดโดยแทงผ่านปลอกนำสาย (Introducer Sheath) หรือแทงโดยไม่ใช้ปลอกนำสายก็ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเพื่อช่วยในการหยุดการไหลของเลือด
- 1.3 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวสายและลูปโป่งขณะพับหรือม้วนอยู่ ขนาด 7.5Fr.
- 2.2 มีขนาดความจุของลูปโป่งให้เลือกใช้ 2 ขนาด
- 2.3 มีรูหรือท่อภายในสำหรับใช้วัดความดันเลือดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.027 นิ้ว
- 2.4 ผนังท่อภายในสายลูปโป่งเป็นแบบสองชั้น ซึ่งใช้ผนังด้านหนึ่งร่วมกัน (Co-Lumen) เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มพื้นที่ภายในสายลูปโป่งทำให้รับสัญญาณความดันเลือด และก๊าซฮีเลียมไหลเข้าออกได้ดี
- 2.5 ผนังลูปโป่งทำจากพลาสติกชนิดพิเศษ DURATHANE ทนต่อการแตกฉีก
- 2.6 สามารถใช้กับ Guide Wire ขนาด 0.025 นิ้วได้
- 2.7 มี Syringe จำนวน 1 ชิ้น และ One Way Valve จำนวน 1 อัน
- 2.8 ตัวสายลูปโป่งส่วนที่แทงเข้าไปในตัวผู้ป่วยมีความยาวไม่น้อยกว่า 72.3 เซนติเมตร
- 2.9 มีอุปกรณ์ป้องกันตัวบอลลูน (T-HANDLE) ขณะนำสายบอลลูนออกจากตัวผู้ป่วย
- 2.10 ชุดแทงผ่านผิวหนังเข้าหลอดเลือดมีอุปกรณ์ดังนี้
 - 2.10.1 Guide Wire ขนาด 0.025 นิ้ว ปลาย J จำนวน 1 เส้น
 - 2.10.2 ตัวขยายหลอดเลือด (Vessel Dilator) จำนวน 1 ชิ้น
 - 2.10.3 ปลอกนำสาย Catheter ชนิดเสริมแรง (Reinforced Sheath) จำนวน 1 ชิ้น
แบบที่สามารถ Lock กับตัวขยาย (Introducer Dilator) ได้
ขนาด 7.5 Fr. ยาว 6 นิ้ว
 - 2.10.4 ตัวขยายสำหรับปลอกนำสาย (Introducer Dilator) จำนวน 1 ชิ้น
 - 2.10.5 Three-Way Stopcock จำนวน 1 ชิ้น
 - 2.10.6 Male Luer Plug จำนวน 1 ชิ้น
 - 2.10.7 เข็มแทง จำนวน 1 เล่ม
 - 2.10.8 สายต่อกับ Catheter เข้ากับเครื่อง Balloon Pump จำนวน 1 เส้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

.....


(นายสุทธิเทพ ดวงสุวัน)
นายแพทย์ชำนาญการ

.....
จ

(นายธรรม ลิ้มอภิชาติ)
นายแพทย์ชำนาญการ

.....


(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2.11 บรรจุหีบห่อในกล่องกระดาษ จำนวน 1 ชุดต่อกล่อง พร้อมระบุอายุการใช้งานอย่างชัดเจน

2.12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย

3. เงื่อนไขทั่วไป

3.1 อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.2 ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้องแล้ว

3.2.1 หากสายบอลลูนสำหรับเครื่องพองการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ทางบริษัท
ส่งมอบแก่ทางโรงพยาบาลขอนแก่น หมดอายุหรือใช้ไม่หมดสามารถแลกเปลี่ยนคืนบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3.2.2 หากสายบอลลูนสำหรับเครื่องพองการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่รุ่นใหม่ ออกมา
ทางโรงพยาบาลขอนแก่นสามารถขอแลกรุ่นใหม่ล่าสุดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3.2.3 ทางโรงพยาบาลขอนแก่นสามารถขอแลกเปลี่ยนขนาดของสายบอลลูนสำหรับเครื่องพองการ
ทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ ได้ตามที่โรงพยาบาลขอนแก่นต้องการใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

.....
.....

(นายสุทธิเทพ ดวงศร)

นายแพทย์ชำนาญการ

.....
.....

(นายธรรม ลิมอภิชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการ

.....
.....

(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

1. ชื่อโครงการ สายบอลลูนสำหรับเครื่องพุงการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 80 สาย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,958,320 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 มิ.ย. 2565
เป็นเงิน 1,958,320 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 24,479 บาท / สาย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาเดิมที่เคยซื้อตามสัญญาเลขที่ ขก 0032.1/82/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายสุทธิเทพ	ดวงศร	ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
6.2 นายธนวัฒน์	ชื่อสัตย์	ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
6.3 นางสาวรัชดาภรณ์	กาญจนเสถียร	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ