



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๒,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่า ข้อเข่าขาเทียมระดับเหนือเข่าที่มีกลไก
ป้องกันการล้มและสามารถล็อกข้อเข่าให้อยู่ในท่าเหยียดได้
(Safety knee) และข้อเท้าแบบมีแรงส่ง (Energy storage foot) จำนวน ๑๒ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่า ข้อเข่าขาเทียมระดับเหนือเข่า ที่มีกลไกป้องกันการล้ม และสามารถล็อกข้อเข่าให้อยู่ในท่าเหยียดได้ (Safety knee) และข้อเท้าแบบมีแรงส่ง (Energy storage foot)

จำนวน 12 ชุด


โรงพยาบาลขอนแก่น

1. ความต้องการ ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่า ข้อเข่าขาเทียมระดับเหนือเข่า ที่มีกลไกป้องกันการล้ม และสามารถล็อกข้อเข่าให้อยู่ในท่าเหยียดได้ (Safety knee) และข้อเท้าแบบมีแรงส่ง (Energy storage foot)
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์ในการประกอบขาเทียม สำหรับผู้พิการขาขาดระดับเหนือเข่าที่ใช้งานขาเทียมในชีวิตประจำวัน
3. คุณลักษณะทั่วไป เป็นชุดขาเทียมสำหรับคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า ข้อเข่าเทียมเป็นแบบแกนเดี่ยว โครงสร้างทำจากโลหะปลอดสนิม มีระบบล็อกข้อเข่าเมื่อ มีการลงน้ำหนัก (Weight –activated knee brake) ป้องกันข้อเข่าล้มพับขณะยืน สามารถปรับสปริงช่วงเหยียดสำหรับควบคุมการแกว่งขาได้ และสามารถปรับน้ำหนักในการล็อกข้อเข่าได้ ปลายด้านล่างข้อเข่าเป็นตัวจับแกนหน้าแข้งเทียมที่สามารถสวมแกนหน้าแข้งเทียมเข้าไปได้ และสามารถปรับได้ มีน็อตล็อกไม่ให้แกนหน้าแข้งหมุนขณะใช้ขาเทียม เท้าเทียมชนิดเก็บพลังงานและแรงส่งให้ (Energy storage) มีลักษณะให้ตัวได้ในแนวหน้า - หลัง (A –P movement) หรือมากกว่า แกนสปริงเท้าทำจากคาร์บอนไฟเบอร์พร้อม อุปกรณ์ต่าง ๆ
4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
 - 4.1 เบ้าขาเทียมระดับเหนือเข่าผลิตจากเรซินหรือพลาสติก
ตัวยึดเบ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะสแตนเลส มี 3 แฉก ส่วนต่อกับข้อเข่ามีตัวต่อ พร้อมน็อต จำนวน 4 ตัว เพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นรูปประมิตสามารถปรับหมุนได้พร้อมน็อตล็อก รับ น้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม โดยระบุอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์อย่างถาวร
 - 4.2 ข้อเข่าเทียม ชนิดแกนเดี่ยวสามารถงอเข้าสูงสุดได้ 145 องศา ตัวต่อด้านบนแบบ ประมิต ตัวต่อด้านล่างแบบจับแกนหน้าแข้งเทียมได้สามารถล็อกข้อเข่าให้อยู่ในท่าเหยียดเมื่อมีการลงน้ำหนัก มีระบบการปลดล็อกข้อเข่าได้ทั้งแบบใช้สายเคเบิลและไม่ใช้สายเคเบิล รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม โดยระบุอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์อย่างถาวร
 - 4.3 แกนหน้าแข้งเทียม ทำด้วยวัสดุอลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร มีปลายด้านหนึ่งเป็นข้อต่อโลหะพร้อมน็อต 4 ตัว เพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นรูปประมิต สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม ระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์อย่างถาวร


คณะกรรมการกำหนดรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง



(นางสาวอภิญญา เอี่ยมสระการ)
ประธานกรรมการ



(นางเทียนฉาย ขจรวงศ์สถิต)
กรรมการ



(นายประดิษฐ์ จันทะโสตา)
กรรมการ

4.4 แท้เทียม มีสีเนื้อในเฉดสีผิวคนไทยเป็นแท้เทียมที่มีลักษณะคล้ายแท้จริง มีนิ้วแท้ 5 นิ้ว พร้อมตัวยึดแท้เทียมแบบหัวปริมิตเพื่อต่อเข้ากับแกนหน้าแข้งเทียม แท้เทียมชนิดเก็บพลังงานและให้แรงส่ง (Energy storage) มีลักษณะให้ทรงตัวได้ในแนวหน้า - หลัง (A - P movement) และแนวข้าง (M - L movement) แกนในแท้ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทำหน้าที่คล้ายสปริงประกอบวัสดุโฟมและตัวรอง ทำให้แท้เทียมมีแรงส่งมีขนาดแท้ตั้งแต่ 22-27 เซนติเมตร มีเอกสารยืนยันผลการทดสอบว่าเป็นแท้เทียม ชนิดแรงส่งจริงในวันที่ยื่นเสนอราคา

4.5 ระบบยึดติดขาเทียม (Suspension) เป็นชนิดระบบवालว สำหรับยึดติดขาเทียมกับตอขา เป็นवालวขาเทียมแบบเกลียว ระบบปล่อยอากาศออกทางเดียว (One way value) ใช้การกดไล่อากาศออก

4.6 โฟมหุ้มขาเทียม เป็นชนิดโฟมเนื้อนิ่มสีเนื้อ หรือพียูโฟม (Polyethylene) มีรูตรงกลางสามารถใส่แกนหน้าแข้งเทียมได้พอดี มีความยาวไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร

4.7 ตัวยึดโฟมกับแท้เทียม ทำด้วยพลาสติก มีขนาดตามขนาดของแท้เทียมหรือใหญ่กว่า มาพร้อมกับแท้เทียม

4.8 ถูรองขาเทียม สีเนื้อจำนวน 2 คู่

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 กำหนดส่งสินค้าภายใน 60 วัน

5.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ถ้าแตกหักหรือเสียหายจากการใช้งานตามปกติโดยไม่คิดมูลค่า

5.3 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานในการผลิตและมีหนังสือรับรองเพื่อการส่งออกหรือหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free Sale) ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขของไทย พร้อมเอกสารในการแนบเสนอราคา

5.4 มี Catalog แนบมาในการเสนอราคา


5.5 กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ในการส่งสินค้าจะต้องมีใบขนส่งหรือใบนับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์แบบแสดงรายการ ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขของไทยในวันส่งมอบ


5.6 สินค้าที่เสนอต้องมาจากโรงงานผู้ผลิตไม่มีการดัดแปลง มีเอกสารรับรองการผลิตและการส่งออกจากผู้ผลิต

5.7 ในการส่งมอบของ ต้องจัดเป็นชุดโดยมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยในแต่ละชุด

5.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 13485 หรือ ISO 10328

คณะกรรมการกำหนดรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง


(นางสาวอภิญญา เอี่ยมตระการ)
ประธานกรรมการ


(นางเทียนฉวย ขจรวงศ์สิต)
กรรมการ


(นายประดิษฐ์ จันทะไศดา)
กรรมการ

6. ผู้ผลิตขาเทียมและประกอบอุปกรณ์จนเป็นขาเทียมสำหรับใช้งานได้

6.1 ต้องมีหนังสือรับรองประกอบกิจการนำเข้า จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และผลิตอุปกรณ์ผู้พิการทุกชนิดทุกประเภท

6.2 ต้องมีเอกสารมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ CE ของส่วนประกอบ

6.3 ต้องมีเอกสารมาตรฐานการทดสอบ ISO 10328 ข้อเข้าข้อพับเพียบ


6.4 ต้องมีเอกสารมาตรฐานการผลิต ISO 13485

6.6 มีเจ้าหน้าที่จบหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายอุปกรณ์หรือปริญญาตรีกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เพื่อสามารถอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนในการทำงาน


6.7 ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานพยาบาลคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์

6.8 ต้องมีบริการหลังการขาย และรับประกันเข้าขาเทียม และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นเวลา 3 ปี


คณะกรรมการกำหนดรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง



(นางสาวอภิญญา เอี่ยมตระการ)
ประธานกรรมการ



(นางเทียนฉาย ขจรวงศ์สุดี)
กรรมการ



(นายประดิษฐ์ จันทะโสตา)
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเต้าน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชูขาเทียมระดับเหนือเข่า ข้อเข่าเทียมระดับเหนือเข่า ที่มีกลไกป้องกันการล้มและสามารถล็อกข้อเข่าให้อยู่ในท่าเหยียดได้ (Safety knee) และข้อเท้าแบบมีแรงส่ง (Energy storage foot) จำนวน 12 ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 912,000.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ราคาากลาง คำนวน ณ วันที่ **27 มิ.ย. 2565**
เป็นเงิน 912,000.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย 76,000 บาท / ชุด
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นางสาวอภิญญา เอี่ยมตระการ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
 - ๖.๒ นางเทียนฉาย ขจรวงศ์สถิต ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ
 - ๖.๓ นายประดิษฐ์ จันทะโสตา ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน