



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๗๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

สายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter)

จำนวน ๒ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter)
โรงพยาบาลขอนแก่น

๑. ความต้องการ

- ๑.๑ สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองทาง (Double Lumen Central Venous Catheter ๗ Fr x ๒๐ cm.)
- ๑.๒ สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสามทาง (TrippleLumen Central Venous Catheter ๗ Fr x ๒๐ cm.)

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ สายสวนทำจาก Polyurethane มีแถบทึบแสงเอ็กซเรย์ (Radiopaque) ส่วนปลายมีลักษณะนิ่มเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดขณะใส่สายสวนหลอดเลือดดำ
- ๒.๒ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อมีขนาด ๗ เฟรนซ์ ความยาว ๒๐ เซนติเมตร มีเครื่องหมายบอกความยาวที่ ๑๐ เซนติเมตร ๑๕ เซนติเมตร และทุกๆ เซนติเมตร ไปจนถึงความยาวที่ ๒๐ เซนติเมตร
- ๒.๓ ภายในสายมี ๒ ท่อ : ขนาดส่วนปลาย (Distal) ๑๔G ขนาดส่วนต้น (Proximal) ๑๘ G
- ๒.๔ ภายในสายมี ๓ ท่อ : ขนาดส่วนปลาย (Distal) ๑๖G ขนาดส่วนกลาง (Medial) ๑๘G และ ขนาดส่วนต้น (Proximal) ๑๘ G
- ๒.๕ สายสวนมีสายต่อ Extension Line ทำจากพลาสติกใสที่แยกออกเป็น ๒ ทาง และ ๓ ทาง แต่ละสาย Extension มีที่หนีบ (Clamp) และหัวต่อ Needle Free Connector แบบ Neutral Flux
- ๒.๖ ลวดนำ (Guidewire) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๐๓๕ นิ้ว ยาว ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ เส้น
 - ๒.๖.๑ มีปลายนิ่มรูป “ J ” และอีกด้านปลายตรง (Straight Tip) บรรจุอยู่ในท่อพลาสติกแข็ง พร้อมทั้งวางนิ้ว Advancer เพื่อดันลวดนำออกจากท่อพลาสติก
 - ๒.๖.๒ มีเครื่องหมายบอกระยะทางที่ ๑๐ เซนติเมตร , ๒๐ เซนติเมตร , ๓๐ เซนติเมตร , ๔๐ เซนติเมตร
- ๒.๗ มีอุปกรณ์ที่จำเป็นประกอบกันเป็นชุด ดังต่อไปนี้
 - ๒.๗.๑ เข็มนำ (Introducer Needle) ขนาด ๑๘ G ยาว ๒๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
 - ๒.๗.๒ ตัวขยายหลอดเลือด (Dilator) จำนวน ๑ อัน
 - ๒.๗.๓ เข็มหาหลอดเลือด (Guide Needle) ขนาด ๒๕ G ยาว ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
 - ๒.๗.๔ กระบอกฉีดยา ขนาด (Syringe) ๕ ml จำนวน ๑ อัน
 - ๒.๗.๕ อุปกรณ์ยึดสาย (Catheter Clamp) จำนวน ๑ ชุด
 - ๒.๗.๖ มีดผ่าตัด (Surgical Scalpel) จำนวน ๑ อัน
 - ๒.๗.๗ ตัวต่อเข็มนำ (Introducer) แบบกระบอกฉีดยาสีฟ้า (Blue Syringe) มีรูที่ปลายลูกสูบ (Hollow Plunger) สำหรับสอดลวดนำ
 - ๒.๗.๘ ตัวต่อเข็มนำ (Introducer) แบบ Y Valve-Connector ปลายมีสองช่อง ช่องแรกสำหรับตรวจหาเลือดย้อน (Blood Return) อีกช่องสำหรับสอดลวดนำ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

.....
(นางพนัษฐุ จอมเพชร)

.....
(นางพัชรี ศรีถาวร)

.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide
- ๓.๒ บริษัทผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๓ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการประเมินผลการใช้จากโรงพยาบาลขอนแก่น โดยบริษัทผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวน ๑๐ ชิ้น เพื่อทดลองใช้และประเมินผลไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
- ๓.๔ กรณีผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดจากการผลิต บริษัทผู้ขายต้องยินยอมเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน ๗ วันหลังจากได้รับแจ้ง
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อกและเอกสารที่บริษัทผู้ผลิตระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Techniadata sheet) พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ให้ชัดเจนทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการฯ ได้ หากการเสนอเอกสารไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการกรณีเป็นสินค้านำเข้าต้องแสดงใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์และใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
- ๓.๖ กรณีเป็นสินค้านำเข้าผู้ขายต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

.....
(นางพนรัฐ จอมเพชร)

.....
(นางพัชรี ศรีถาวร)

.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

วัสดุทางการแพทย์
สายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter)

จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)
๑	สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองทาง (Double Lumen Central Venous Catheter ๗ Fr x ๒๐ cm.)	๕๐๐ ชุด	๕๕๐	๒๗๕,๐๐๐
๒	สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสามทาง (Tripple Lumen Central Venous Catheter ๗ Fr x ๒๐ cm.)	๒,๐๐๐ ชุด	๖๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้นประมาณ				๑,๔๗๕,๐๐๐

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

.....
(นางพินรัฐ จอมเพชร)

.....
(นางพัชรี ศรีถาวร)

.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

วัสดุทางการแพทย์
สายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter)

จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)
๑	สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองทาง (Double Lumen Central Venous Catheter ๗ Fr x ๒๐ cm.)	๕๐๐ ชุด		
๒	สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสามทาง (Tripple Lumen Central Venous Catheter ๗ Fr x ๒๐ cm.)	๒,๐๐๐ ชุด		
รวมทั้งสิ้นประมาณ				

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

.....
(นางพินรัฐ จอมเพชร)

.....
(นางพัชรี ศรีถาวร)

.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน ๒ รายการ

๑.๑ สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองทาง (Double Lumen Central Venous Catheter ๗ Fr x ๒๐ cm.)
จำนวน ๕๐๐ ชุด

๑.๒ สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสามทาง (Tripple Lumen Central Venous Catheter ๗ Fr x ๒๐ cm.)
จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานคลังเวชภัณฑ์ที่มีไขยาฯ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)วันที่ ๑ ๙ ส.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๔๗๕,๐๐๐.- บาท

สายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน ๒ รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/เส้น	ราคา/เส้น	ราคารวม
๑	สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองทาง (Double Lumen Central Venous Catheter ๗ Fr x ๒๐ cm.)	๕๐๐	๕๕๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐
๒	สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสามทาง (Tripple Lumen Central Venous Catheter ๗ Fr x ๒๐ cm.)	๒,๐๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๒,๕๐๐		๑,๔๗๕,๐๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ

๕.๑ รายการที่ ๑ เป็นราคาที่เคยซื้อ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ N๖๕๐๒๔๙๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๕.๒ รายการที่ ๒ เป็นราคาที่เคยซื้อ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ N ๖๕๐๒๔๙๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางพินรัฐ จอมเพชร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๖.๒ นางพัชรี ศรีถาวร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๖.๓ นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ