



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไฮสั่นหลัง

จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น


ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลัง
โรงพยาบาลขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ในการผ่าตัดแก้ไขพยาธิสภาพของไขสันหลัง
2. คุณสมบัติทั่วไป
 - 2.1 ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด
 - 2.2 เครื่องกรอกระดูก จำนวน 1 ชุด
 - 2.3 เครื่องควบคุมการไหลเวียนของน้ำ (FLUID CONTROL) จำนวน 1 ชุด
 - 2.4 ชุดเครื่องมือ Foraminotomy จำนวน 1 ชุด
3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค แบ่งออกได้ดังนี้
 - 3.1 ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง
 - 3.1.1 แท่งโลหะสำหรับขยายปากแผล (Dilator) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 6.9 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.1.2 ปลอกโลหะ (Working Sleeve) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 8 มิลลิเมตร
มีความยาวในการใช้งานไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.1.3 อุปกรณ์สำหรับปรับระยะความสูงต่ำของกล้องส่องผ่าตัด
(Endoscope Adapter) จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.1.4 มีข้อต่อ (Irrigation adapter) สำหรับประกอบกับปลอกโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน 8 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.1.5 เครื่องมือขบกระดูก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ความยาวใช้งานไม่
น้อยกว่า 290 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.1.6 เครื่องมือจับชิ้นเนื้อ (Rongeur) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร
มีความยาวในการใช้งานไม่เกิน 290 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.1.7 เครื่องมือจับชิ้นเนื้อ (Rongeur) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
มีความยาวในการใช้งานไม่เกิน 290 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.1.8 เครื่องมือจับชิ้นเนื้อ (Rongeur) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
มีความยาวในการใช้งานไม่เกิน 290 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.1.9 เครื่องมือตัดชิ้นเนื้อ (Punch) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร
มีความยาวในการใช้งานไม่เกิน 290 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.1.10 เครื่องมือตัดชิ้นเนื้อ (Punch) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
มีความยาวในการใช้งานไม่เกิน 290 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น


(นายพงศธร เหล่าภักดี)


(นายสุธี ธรรมกุลพันธ์)


(นางพรณีย์ ราชตุษย์)


(นายวรพล คำสิงห์)


- 3.1.11 เครื่องมือตัดชิ้นเนื้อ (Punch) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
มีความยาวในการใช้งานไม่เกิน 350 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.1.12 กล่องใส่เครื่องมือสำหรับฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชิ้น
- 3.1.13 เครื่องมือเลาะชิ้นเนื้อ (Dissector) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
มีความยาวในการใช้งานไม่เกิน 350 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.1.14 หัวจี้เนื้อเยื่อและหยุดเลือด (Tip Control RF) แบบใช้ครั้งเดียว จำนวน 6 ชิ้น


3.2 เครื่องกรอกระดูกไขสันหลังและมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง


- 3.2.1 ตัวเครื่องสามารถต่อใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 2 หัว
- 3.2.2 หน้าเครื่องมีจอภาพแสดงรายละเอียดการทำงานต่างๆ
- 3.2.3 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องกรอ
- 3.2.3.1 Double pedal footswitch สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องกรอ จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2.3.2 มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับปั่นเนื้อเยื่อและกระดูก ความเร็วรอบในการหมุน
16,000 rpm จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2.3.3 สายต่อของมอเตอร์มีความยาว 3 เมตร โดยสามารถถอดแยกออกจากตัว
มอเตอร์ได้ จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2.3.4 หัวกรอกระดูกชนิดปลายเปิด (Oval Burr, side protection) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร มีความยาวในการใช้งาน 350 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2.3.5 หัวกรอกระดูกชนิดปลายปิด (Oval Burr, front protection) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร มีความยาวในการใช้งาน 350 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2.3.6 หัวกรอกระดูกชนิดหัวกลม (Round Burr) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร
มีความยาวในการใช้งาน 350 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2.3.7 หัวกรอกระดูกชนิดหัวกลมเพชร (Round Burr, diamond) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 4 มิลลิเมตรมีความยาวในการใช้งาน 350 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น


3.3 เครื่องควบคุมการไหลเวียนของน้ำ จำนวน 1 ชุด

- 3.3.1 สามารถควบคุมแรงดันของน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตรปรอท
- 3.3.2 สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำได้สูงสุด 2 ลิตรต่อนาที
- 3.3.3 ระบบการทำงานของเครื่องเป็นแบบ Roller pump
- 3.3.4 จอแสดงการทำงานและการควบคุมการทำงานเป็นระบบสัมผัส


(นายพงศ์ธร เหล่าภักดี)


(นายสุธี ทรกุลพันธ์)


(นางพรรณิย์ ราชเดชวิทย์)


(นายวรพล คำสิงห์)

- 3.3.5 มีหน้าจอแสดงผลค่าของการใช้งานแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิทัล
- 3.3.6 มีระบบตรวจสอบอัตราการแรงดันของน้ำ
- 3.3.7 ที่ด้านหน้าของเครื่องมี Menu เพื่อเลือกรูปแบบของการใช้งาน และการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่อง
- 3.3.8 ชุดสายน้ำแบบใช้งานแล้วสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ (Tube set with piercing connector) จำนวน 3 เส้น


3.4 ชุดเครื่องมือ Foraminotomy

จำนวน 1 ชุด


- 3.4.1 แท่งโลหะขยายปากแผล (Dilator) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 5.4 มิลลิเมตร มีความยาวรวมไม่เกิน 230 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.2 แท่งโลหะขยายปากแผล (Dilator) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 6.9 มิลลิเมตร มีความยาวรวมไม่เกิน 230 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.3 แท่งโลหะขยายปากแผล (Dilator) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 8.4 มิลลิเมตร มีความยาวรวมไม่เกิน 230 มิลลิเมตร
- 3.4.4 ด้ามจับ Handle attachment จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.5 Bone needle sharp ขนาด 2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.6 Bone needle dull ขนาด 2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.7 Needle sheath ขนาด 3.5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.8 Guide wire pointed ขนาด 2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.9 Guide wire blunt ขนาด 2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.10 Cannular for punction จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.11 หัวกรอ Subland twist drill ขนาด 5.4, 6.9, 8.4 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.12 Face miller ขนาด 4 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.13 Working sleeve ขนาด 7, 8, 9.5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.14 Handle attachment working channel จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4.15 กล่องสำหรับใส่เครื่องมือ จำนวน 1 กล่อง

4. เงื่อนไขเฉพาะ


- 4.1 ผลิตภัณท์ได้ผ่านการรับรองเครื่องหมาย CE Mark หรือ ISO 13485 หรือ FDA
- 4.2 เป็นผลิตภัณท์ใหม่ไม่เคยถูกใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
- 4.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
- 4.4 ในกรณีเป็นสินค้านำเข้า ผู้ขายต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



(นายพงศธร เหล่าภักดี)



(นายสุธี ทรกุลพันธ์)





(นางพรณีย์ ราชตุษณ์)




(นายวรพล คำสิงห์)

- 4.5 บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้
โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 4.6 บริษัทต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี และในระยะรับประกันบริษัทต้องเข้าทำการ
บำรุงรักษา (Maintenance) ปีละ 2 ครั้ง พร้อมออกใบรับรองให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
และส่งมอบตารางดำเนินการในวันส่งมอบ
- 4.7 ในระยะรับประกันหากเครื่องมือฯ หากมีการชำรุดเสียหาย บริษัทต้องเข้าทำการแก้ไขภายใน
7 วัน หลังได้รับเรื่อง และหากเครื่องมือฯ ชำรุดด้วยสาเหตุเดียวกันถึง 3 ครั้ง ต้องเปลี่ยนเครื่อง
ใหม่ที่มีคุณลักษณะเดียวกันและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ภายใน 120 วัน
- 4.8 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาที่สมบูรณ์ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
- 4.9 บริษัทจะต้องส่งช่างผู้มีความรู้ความสามารถมาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาและ
ผู้เกี่ยวข้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 4.10 มีช่างผ่านการอบรมจากทางโรงงานสามารถซ่อมเครื่องให้ได้
- 4.11 บริษัทผู้ขายมีหนังสือรับรองว่ามีอะไหล่จำหน่ายในท้องตลาด หรือมีให้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี


.....
(นายพงศธร เหล่าภักดี)


.....
(นายสุธี ทรกุลพันธ์)


.....
(นางพรณีย์ ราชดุขัญ)


.....
(นายวรพล คำสิงห์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลัง จำนวน 1 เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 ก.ย. 2565
เป็นเงิน 3,000,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 3,000,000 บาท/เครื่อง
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด 3 รายดังนี้
 - 5.1 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
 - 5.2 บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 - 5.3 บริษัท Siam Factory Ltd.
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายพงศธร เหล่าภักดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - 6.2 นายสุธี ทะระกุลพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - 6.3 นางพรรณิย์ ราชดุขฎี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - 6.4 นายวรพล คำสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ