



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๓๓,๔๘๐.-บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน ออก และ เอว

แบบเกลียวสกรูมี ๒ เกลียว (Pedicular Screws System)

จำนวน ๑๕ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๕

(นายธนินิตย์ สังคมกำแหง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน ออก และ เอว แบบเกลียวสกรูมี 2 เกลียว

(Pedicular Screws System) จำนวน 15 รายการ

โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์ใช้งาน

ใช้สำหรับผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน ออก และ เอว ในรายผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังผิดรูป โกง เลื่อนหรือหัก และกระดูกสันหลังพรุน หรือ บาง

คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

1. วัสดุผลิตจากไทเทเนียมอัลลอยด์
2. สามารถนั่ง ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนเพื่อการปลอดเชื้อ โดยไม่เสียคุณสมบัติและความแข็งแรง
3. เป็นระบบใส่แท่งโลหะจากทางด้านบน (Top loading)


คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์สกรูยึดกระดูกสันหลัง


- วัสดุผลิตจากไทเทเนียมอัลลอยด์ ระบบล๊อคระหว่างแท่งโลหะ และสกรูเป็นระบบล๊อคด้วยสกรูเพียงชิ้นเดียว
- วิธีการล๊อค ใช้วิธีใส่สกรูจากทางด้านบนของหัวสกรู
- ไม่จำเป็นต้องทำเกลียวก่อนใส่ (Self - tapping)
- ส่วนหัวของสกรูสามารถทนต่อแรงบิด หมุนสกรูเพื่อล๊อคระบบให้แข็งแรง มั่นคง ได้ 12 นิวตันเมตร
- ลักษณะเกลียวของสกรูเป็นแบบ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียวสกรูต่างกันอยู่ 2 เกลียว โดยเกลียวส่วนต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเกลียวส่วนปลาย ซึ่งสามารถขันสกรูเดินหน้าและถอยหลังได้ โดยไม่เสียความแข็งแรงของกระดูก
- เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวสกรูมีขนาด 12.8 มิลลิเมตร
- ความสูงของหัวสกรูชนิดที่บริเวณส่วนหัวสกรูไม่สามารถหมุนได้ (Monoaxial Screws) หลังจากหักปีกทั้งสองข้างแล้ว มีความสูง 12.7 มิลลิเมตร
- ความสูงของหัวสกรูชนิดที่บริเวณส่วนหัวสกรูสามารถหมุนได้ (Polyaxial Screws) หลังจากหักปีกทั้งสองข้างแล้ว มีความสูง 16.2 มิลลิเมตร




(นายธนิต พุทธิธรณ์)



(นายกิตติพงษ์ เศรษฐ์สัมพันธ์)



(นางสาวณัฐกานต์ นักพ่อน)




(นางชุตรี วัชรสุขโพธิ์)



(นางสาวศิริลักษณ์ อุดม)


2. ลักษณะของสกรูจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
 - 2.1 สกรูชนิดที่บริเวณส่วนหัวสกรูไม่สามารถหมุน (Monoaxial Screws)
 - 2.2 สกรูชนิดที่บริเวณส่วนหัวสกรูสามารถหมุนได้รอบตัว (Polyaxial Screws) และสามารถเอียงทำมุมกับแกนของสกรูได้ 28 องศา
3. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูจะมีขนาดตั้งแต่ 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 มิลลิเมตร
4. ส่วนหัวของสกรูมีลักษณะเป็นปีกยื่นออกมาสองข้าง ตรงกลางมีที่ว่างให้สามารถใส่แท่งโลหะลักษณะกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตรได้ และสามารถหักปีกทั้งสองข้างออกได้
5. ความยาวของสกรู ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร ความยาวของสกรูจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 40 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความยาวสกรูทีละ 5 มิลลิเมตร
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร ความยาวของสกรูจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 50 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความยาวสกรูทีละ 5 มิลลิเมตร
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 มิลลิเมตร ความยาวของสกรูจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 35 มิลลิเมตร ถึง 50 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความยาวสกรูทีละ 5 มิลลิเมตร
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 มิลลิเมตร ความยาวของสกรูจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 35 มิลลิเมตร ถึง 50 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความยาวสกรูทีละ 5 มิลลิเมตร
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 มิลลิเมตร ความยาวของสกรูจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 35 มิลลิเมตร ถึง 45 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความยาวสกรูทีละ 5 มิลลิเมตร
6. สกรูสำหรับกระดูกเชิงกราน (iliac screw) เป็นแบบสกรูชนิดที่บริเวณส่วนหัวสกรูสามารถหมุนได้ (Polyaxial Screw)
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 มิลลิเมตร ความยาวจะเริ่มที่ 70 มิลลิเมตร ถึง 85 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นขนาดละ 5 มิลลิเมตร
 - สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 มิลลิเมตร ความยาวจะเริ่มที่ 70 มิลลิเมตร ถึง 85 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นขนาดละ 5 มิลลิเมตร
7. อุปกรณ์ล้อกระหว่งแท่งโลหะกับหัวสกรู (Inner set screws)
 - สามารถใช้ได้กับสกรูทั้งสองชนิดเพื่อล็อกระบบให้แน่นและแข็งแรง
 - ผลิตจากไทเทเนียม อัลลอยด์
 - ความสูงของ set screw มีขนาด 4.6 มิลลิเมตร
 - เมื่อขันแน่นแล้วจะทำให้ set screw ยึดแน่นกับหัวสกรู




(นายณิต พูเจริญ)




(นายกิตติพงษ์ เศรษฐสัมพันธ์)



(นางสาวณัฐกานต์ นักพ่อน)



(นางชุตริ วัชรสุขโพธิ์)



(นางสาวศิริลักษณ์ อุดม)

8. อุปกรณ์แท่งโลหะตามกระดูกสันหลัง (Rod)
 - แท่งโลหะมีลักษณะเป็นแท่งกลมตรง
 - มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร มีความยาว 600 มิลลิเมตร และสามารถตัดตามขนาดที่ต้องการได้
 - ผลิตจากไทเทเนียม อัลลอยด์
9. อุปกรณ์แท่งโลหะตามกระดูกส่วนขวาง (Crosslink)
 - ผลิตจากไทเทเนียม อัลลอยด์
 - เป็นแท่งโลหะที่ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อแท่งโลหะทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน
 - สามารถปรับขนาดยืดความยาวได้ตั้งแต่ 30 ถึง 60 มิลลิเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ


1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE Mark หรือ FDA หรือ ISO13485
2. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยถูกใช้งาน หรือ ผ่านการสาธิตมาก่อน
3. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
4. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
5. กรณีชุดเครื่องมือประเภทเดียวกัน มูลค่าเท่ากัน สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน
6. ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดของชุด Implant ต่อขึ้น และต่อชุดของเครื่องมือให้ครบ มาเพื่อประกอบการพิจารณา
7. กรณีเครื่องมือแพทย์ต้องนำเข้าโดยผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยมีใบจดทะเบียนของสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา




(นายณิต พูเจริญ)



(นายกิตติพงษ์ เศรษฐ์สัมพันธ์)



(นางสาวณัฐกานต์ นักพ่อน)



(นางชุศรี วัชรสุขโพธิ์)



(นางสาวศิริลักษณ์ อุดม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน ออก และ เอว แบบเกลียวสกรูมี 2 เกลียว

(Pedicular Screws System) จำนวน 15 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	Rod 5.5 mm. for 1 level	20	400	8,000
2	Rod 5.5 mm. for 2 level	30	600	18,000
3	Rod 5.5 mm. for 3 level	60	800	48,000
4	Rod 5.5 mm. for 4 level	20	1,000	20,000
5	Rod 5.5 mm. for 5 level	14	1,200	16,800
6	Rod 5.5 mm. for 6 level	4	1,400	5,600
7	Rod 5.5 mm. for 7 level	2	1,600	3,200
8	Rod 5.5 mm. for 8 level	13	1,800	23,400
9	Rod 5.5 mm. for 9 level	2	2,000	4,000
10	Rod 5.5 mm. for 10 level	2	2,200	4,400
11	Nut for screw	650	1,500	975,000
12	Reduction Monoaxial Pedicle screw 4.5 x 25 mm. - 4.5 x 40 mm. 5.5 x 25 mm. - 5.5 x 50 mm. 6.5 x 35 mm. - 50 mm. 7.5 x 35 mm. - 50 mm. 8.5 x 35 mm. - 45 mm.	600	3,800	2,280,000
13	Reduction Polyaxial Pedicle screw 4.5 x 25 mm. - 4.5 x 40 mm. 5.5 x 25 mm. - 5.5 x 50 mm. 6.5 x 35 mm. - 50 mm. 7.5 x 35 mm. - 50 mm. 8.5 x 35 mm. - 45 mm.	100	3,800	380,000
14	Iliac Reduction Polyaxial Pedicle screw 6.5 x 70 mm. - 7.5 x 85 mm.	3	7,490	22,470
15	Low Profile crosslink	2	12,305	24,610
	รวมทั้งสิ้น			3,833,480

(นายธนิต พุเจริญ)

(นางสาวณัฐกานต์ นักพ่อน)

(นางชุศรี วัชรสุขโพธิ์)

(นายกิตติพงษ์ เศรษฐ์สัมพันธ์)

(นางสาวศิริลักษณ์ อุดม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน ออก และ เอว แบบเกลียวสกรูมี 2 เกลียว

(Pedicular Screws System) จำนวน 15 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	Rod 5.5 mm. for 1 level	20		
2	Rod 5.5 mm. for 2 level	30		
3	Rod 5.5 mm. for 3 level	60		
4	Rod 5.5 mm. for 4 level	20		
5	Rod 5.5 mm. for 5 level	14		
6	Rod 5.5 mm. for 6 level	4		
7	Rod 5.5 mm. for 7 level	2		
8	Rod 5.5 mm. for 8 level	13		
9	Rod 5.5 mm. for 9 level	2		
10	Rod 5.5 mm. for 10 level	2		
11	Nut for screw	650		
12	Reduction Monoaxial Pedicle screw 4.5 x 25 mm. - 4.5 x 40 mm. 5.5 x 25 mm. - 5.5 x 50 mm. 6.5 x 35 mm. - 50 mm. 7.5 x 35 mm. - 50 mm. 8.5 x 35 mm. - 45 mm.	600		
13	Reduction Polyaxial Pedicle screw 4.5 x 25 mm. - 4.5 x 40 mm. 5.5 x 25 mm. - 5.5 x 50 mm. 6.5 x 35 mm. - 50 mm. 7.5 x 35 mm. - 50 mm. 8.5 x 35 mm. - 45 mm.	100		
14	Iliac Reduction Polyaxial Pedicle screw 6.5 x 70 mm. - 7.5 x 85 mm.	3		
15	Low Profile crosslink	2		
	รวมทั้งสิ้น			

(นายธนิต พุเจริญ)

(นางสาวณัฐกานต์ นักพ่อน)

(นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์)

(นายกิตติพงษ์ เศรษฐ์สัมพันธ์)

(นางสาวศิริลักษณ์ อุดม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
๒. ชื่อพัสดุ.....
๓. ยี่ห้อ.....
.....
๔. รุ่น.....
๕. ประเทศ.....
๖. กำหนดส่งมอบ.....
๗. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคาในวันยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โลหะตามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน ออก และ เอวแบบเกลียวสกรูมี 2 เกลียว (Pedicular Screws System)
จำนวน 15 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,833,480 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - 1 ก.ย. 2565
เป็นเงิน 3,833,480 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 5.1 บริษัท วันอันเดอร์ เมดิคัล จำกัด ✓
 - 5.2 บริษัท จีจีแอล เทรดดิง จำกัด ✓
 - 5.3 บริษัท แอปท์ เมดิเทค จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายธนิต พุเจริญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - 6.2 นางสาวณัฐกานต์ นักฟ่อน นายแพทย์ชำนาญการ
 - 6.3 นายกิตติพงษ์ เศรษฐสัมพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - 6.4 นางชุศรี วัชรสุขโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - 6.5 นางสาวศิริลักษณ์ อุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ