



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๕,๖๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ท่อถ่ายขยายทางเดินน้ำดี ชนิดโลหะ (Metallic Biliary Stent)

จำนวน ๖๐ ชิ้น

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ
ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อน
วันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๕

(นายธนิตย์ สังคมกำแหง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อถ่ายขยายทางเดินน้ำดี ชนิดโลหะ (Metallic Biliary Stent)
โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับถ่ายขยายท่อทางเดินน้ำดี ในกรณีที่มีภาวะตีบตันจากโรคมะเร็ง หรือเนื้องอกโดยใช้งานร่วมกับกล้อง ERCP ที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่ได้

คุณลักษณะเฉพาะ

1. Biliary Stent ชนิด Wall flex หรือ Niti-S ดังมีรายละเอียดดังนี้


- 1.1 ทำจากวัสดุผสม Biomedical superalloy หรือ Platinol หรือ Nitinol โดยสานกันเป็นตาข่ายช่องเล็ก ๆ มีความยืดหยุ่นสูง และมีปลายโค้งมน แกนกลางของเส้นลวดมีแกนที่แข็งแรงสูง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดความยาวของ Stent
- 1.2 มีให้เลือก 3 แบบ คือ
 - 1.2.1 ชนิดที่ไม่มีวัสดุปกคลุม (Non-Covered)
 - 1.2.2 ชนิดที่มีวัสดุปกคลุมบริเวณส่วนกลางของ Stent (Partially Covered หรือ Both Bare with silicone covering)
 - 1.2.3 ชนิดที่มีวัสดุปกคลุมตลอดความยาว Stent (Fully Covered)
- 1.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อกางเต็มที่ขนาด 10 มม. ความยาวมีขนาดตั้งแต่ 60,80,100,120 มม.

2. Delivery System


- 2.1 ขนาด Catheter ไม่มากกว่า 8.5 เฟรนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม.
- 2.2 สามารถใช้ร่วมกับกล้อง Duodenoscope ขนาด Working channel 3.2 มม. ได้ และสามารถใช้ร่วมกับลวดนำทางขนาด 0.035 นิ้วได้
- 2.3 มีขีดที่บ่งชี้ที่ Delivery Catheter อย่างน้อย 4 จุด โดยบ่งบอกตำแหน่งหัว-ท้ายของ Stent ขณะที่ยังไม่ถูกกาง (Pre-deployment marker band) และตำแหน่งสุดท้ายที่ยังสามารถเก็บคืน Stent ได้ (Limit marker band) แม้จะถูกกางไปแล้ว 80 % ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวาง Stent หรือมีเครื่องหมาย (marker location) บริเวณ Delivery Catheter ที่สังเกต เห็นได้ด้วยตาเปล่า ในขณะที่ยังไม่ได้ เริ่มการปล่อย stent เพื่อความสะดวกในการใช้งานของแพทย์ และพยาบาล เพื่อให้วาง Stent ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมาตรฐาน FDA หรือ CE Mark หรือ ISO 13485 เป็นอย่างน้อย
2. มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง


.....
(นายนคร ทิพย์สุนทรศักดิ์)


.....
(นายสุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์)


.....
(นางรัตนกมล ลาดซ้าย)


3. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ
4. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
5. ผู้ยื่นเสนอราคามีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6. ผู้ยื่นเสนอราคามีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



(นายนคร ทิพย์สุนทรศักดิ์)



(นายสุรัชชัย ศิริพรอดุลศิลป์)



(นางรตนกมล ลาตซ์ชัย)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ท่อถ่ายขยายทางเดินน้ำดี ชนิดโลหะ (Metallic Biliary Stent) จำนวน 60 ชิ้น
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,155,600 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 พ.ย. 2565
เป็นเงิน 1,155,600 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 19,260 บาท/ชิ้น
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 5.1 บริษัท ดีเคเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 - 5.2 บริษัท ไทยเมดิคอลอินเตอร์เทรด จำกัด
 - 5.3 บริษัท ไทยเอ็นโดสโคปเซอร์วิส จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายนคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายสุรัชย์ ศิริพรอดุลศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 - 6.3 นางรัตนกมล ลาดซ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ