



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๒๗,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

**แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius
and Ulna Locking Plate**

จำนวน ๙ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ
ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อน
วันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate
โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1. แผ่นโลหะตามกระดูกทำจากไททาเนียม แบบล็อกกิ้งสำหรับรักษาการแตกหักของกระดูกเรเดียส (Radius) และกระดูกอัลนา (Ulna)

คุณลักษณะในทางเทคนิค

1. ผลิตจากไททาเนียม
2. เป็นแผ่นโลหะ แบบ Variable Angle สามารถเลือกแนวการใส่สกรูได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา
3. สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

คุณลักษณะเฉพาะ

1. แผ่นโลหะตามกระดูก แบบ Variable Angle สามารถเลือกแนวการใส่สกรูได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา
 - 1.1 เป็น Volar Anatomical Plate ใช้กับสกรูยึดชนิดหัวล็อก หรือ ชนิดคอร์ดเทค ขนาด 2.5 มม. แบ่งเป็นข้างซ้าย และข้างขวา มีขนาดกว้าง และความยาว ดังนี้
 - แบบ Volar Narrow Plate ความกว้างตรงหัว 22 มม. มีความยาว 3, 4 และ 5 รู
 - แบบ Volar Broad Plate ความกว้างตรงหัว 26 มม. มีความยาว 3, 4 และ 5 รู
 - แบบ Volar Narrow Plate ยาวพิเศษ (XL) ความกว้างตรงหัว 22 มม. มีความยาว 11 รู 120 มม.
 - 1.2 เป็น Straight Distal Radius Plate ใช้กับสกรูยึดชนิดหัวล็อก หรือ ชนิดคอร์ดเทค ขนาด 2.5 มม. มีความกว้าง 7 มม. มีความยาว 6 รู 58 มม.
 - 1.3 เป็น Distal Radius L-Plate ใช้กับสกรูยึดชนิดหัวล็อก หรือ ชนิดคอร์ดเทค ขนาด 2.5 มม. แบ่งเป็นข้างซ้าย และข้างขวา มี ความกว้าง 7 มม. มีความยาว 2/4 รู 49 มม.
 - 1.4 เป็น Distal Ulna Plate ใช้กับสกรูยึดชนิดหัวล็อก หรือ ชนิดคอร์ดเทค ขนาด 2.5 มม. มีความกว้าง 13.2 มม. มี ความยาว 8 รู 46 มม.
 - 1.5 เป็น Distal Ulna Hook Plate ใช้กับสกรูยึดชนิดหัวล็อก หรือ ชนิดคอร์ดเทค ขนาด 2.5 มม. มี ความกว้าง 6 มม. มีความยาว 8 รู 42 มม.
2. สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Locking Screw) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม. เป็นแบบ Self- tapping ต้อง เจาะนำแต่ไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่สกรู มีรูขันหัวสกรูแบบ Torx (star) drive มีขนาดความยาว 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 และ 28 มม.

.....
(นายวันจักร พงษ์สมัครไทย) (นายจิรศักดิ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง) (นางบังอร ศรีสงคราม) (นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์)

3. สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดคอร์เทค (Cortex Screw) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม. เป็นแบบ Self-tapping ต้องเจาะนำแต่ไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่สกรู มีรูขันหัวสกรูแบบ Torx (star) drive มีขนาดความยาว 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 และ 24
4. การบรรจุและหีบห่อ 1 ชิ้น / 1 ซอง

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน CE Mark หรือ FDA หรือ ISO13485
2. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทโดยตรง
3. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
4. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ
5. เป็นวัสดุปลอดสนิม ตามมาตรฐานทางการแพทย์สามารถนำไปนั่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
6. กรณีเครื่องมือแพทย์ต้องนำเข้าโดยผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยมีใบจดทะเบียนของสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้ โดยสำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา
7. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา

.....
(นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย) (นายจิรศักดิ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง) (นางบังอร ศรีสงคราม) (นางชุตริ วัชรสุขโพธิ์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	LOQTEQ VA Volar Distal Radius Plate narrow 3-5H	70	15,000	1,050,000
2	LOQTEQ VA Volar Distal Radius Plate Broad 3-5H	70	15,000	1,050,000
3	LOQTEQ VA Volar Distal Radius Plate แบบยาว 11H x 120 (Rt,Lt)	17	18,000	306,000
4	LOQTEQ VA Volar Distal Radius straight Plate 6H	3	15,000	45,000
5	LOQTEQ VA Volar Distal RadiusL-Plate 2/4 H	2	15,000	30,000
6	LOQTEQ VA Volar Distal Radius Ulna plate 8 H	2	15,000	30,000
7	LOQTEQ VA Volar Distal Ulna Hook plate 8 H	2	18,000	36,000
8	Looking Screw 2.5mm. 10-28 mm.	1,200	1,600	1,920,000
9	Cortex Screw 2.5 mm. L10-24 mm.	200	300	60,000
	รวมทั้งสิ้น	1566		4,527,000

.....

.....

.....

.....

(นายวันจักร พงษ์สมักรไทย) (นายจิรศักดิ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง) (นางบังอร ศรีสงคราม) (นางชุศรี วัชรสุขโพธิ์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	LOQTEQ VA Volar Distal Radius Plate narrow 3-5H	70		
2	LOQTEQ VA Volar Distal Radius Plate Broad 3-5H	70		
3	LOQTEQ VA Volar Distal Radius Plate แบบยาว 11H x 120 (Rt,Lt)	17		
4	LOQTEQ VA Volar Distal Radius straight Plate 6H	3		
5	LOQTEQ VA Volar Distal RadiusL-Plate 2/4 H	2		
6	LOQTEQ VA Volar Distal Radius Ulna plate 8 H	2		
7	LOQTEQ VA Volar Distal Ulna Hook plate 8 H	2		
8	Looking Screw 2.5mm. 10-28 mm.	1,200		
9	Cortex Screw 2.5 mm. L10-24 mm.	200		
	รวมทั้งสิ้น	1566		

.....

.....

.....

.....

(นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย) (นายจิรศักดิ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง) (นางบังอร ศรีสงคราม) (นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,527,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ย. 2565
เป็นเงิน 4,527,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 5.1 บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
 - 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเด็นพาร์ทแอนด์ทูล
 - 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกานต์ ซัพพลาย
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายวันจักร พงษ์สมัครไทย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - 6.2 นายจิรศักดิ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง นายแพทย์ชำนาญการ
 - 6.3 นางบังอร ศรีสงคราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - 6.4 นางชูศรี วัชรสุขโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ