



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๘,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

สายสวนหลอดเลือดชนิด ๒ ช่องในท่อเดียวกัน

สำหรับใส่หลอดเลือดดำที่คอ

(Jugular Double Lumen Catheter)

จำนวน ๕๘๐ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
ขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดชนิด ๒ ช่องในท่อเดียวกันสำหรับใส่หลอดเลือดดำที่คอ
(Jugular Double Lumen Catheter)
โรงพยาบาลขอนแก่น

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นอุปกรณ์ที่ใส่เข้าร่างกายของผู้ป่วยทางหลอดเลือดดำที่คอ (Internal Jugular Vein) เพื่อนำเลือดที่มีของเสียคั่งออกมาฟอกและส่งเลือดที่ตีกลับคืนผู้ป่วยกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่มีเส้นเลือด (Permanent vascular access)

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายสวนหลอดเลือด ชนิด ๒ ช่องในท่อเดียวกัน (Double Lumen Catheter)
๒. ใส่เข้าทางหลอดเลือดดำที่คอ (Internal Jugular Vein)

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์ทำด้วย Polyurethane หรือ Silicone ชนิด Radiopaque
๒. วัสดุที่ใช้ทำมีคุณสมบัติเนื้อแข็งในอุณหภูมิห้อง แต่อ่อนตัวในอุณหภูมิร่างกาย
๓. ส่วนปลายของสาย Catheter มีลักษณะเรียวยาวและใส่ได้ง่าย และมีความนุ่ม ไม่ทำลายหลอดเลือดในขณะใส่ และเวลาถ่ายภาพ X – ray มองเห็นลักษณะของตำแหน่งที่สายอยู่ได้ง่ายและชัดเจน
๔. ลักษณะของสาย Catheter มีรูสำหรับนำเลือดออกมาฟอก (arterial) และมีรูสำหรับส่งเลือดคืนผู้ป่วย (Venous) ห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ – ๒ ซม. ลดการเกิด recirculation ของเลือดระหว่างการฟอกเลือด
๕. ภายในสาย Catheter แบ่งเป็น ๒ ท่อ ลักษณะ side by side หรือ Double “D” Configuration
๖. สามารถหมุน (rotating) สายสวนได้ ๓๖๐ องศา โดยไม่ต้องตัดไหม และปีกของ Catheter ทำด้วยพลาสติกที่อ่อนและ flexible ได้ดี ป้องกันการกดทับเนื้อเยื่อผู้ป่วย
๗. ส่วนของ extensions เป็นแบบโค้งและใส อาจทั้ง ๒ ด้าน (C – Shape) หรือโค้งรวมทั้ง ๒ ด้าน (R – Shape) มีการพิมพ์อักษรชื่อ ขนาดความยาวของ catheter และ priming volume ไว้บน extensions พร้อมมี clamp อยู่บน extensions ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อใช้เปิด – ปิด catheter
๘. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ catheter ๑๑ – ๑๑.๕ Fr. ความยาวของสายระหว่าง ๑๒ – ๑๓.๕ ซม. เพื่อป้องกันปลาย catheter เข้าสู่หัวใจด้านบนขวา ถ้ามีความยาวเกินไป
๙. มี guide wire และอุปกรณ์สำหรับนำใส่ที่สะดวก และง่ายต่อการใส่

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีระยะเวลาใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันผลิต
๓. บริษัทผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

.....
(นายจิรศักดิ์ อนุกุลอนันต์ชัย)

.....
(นางสาววิไลวรรณ แสนโฮม)


.....
(นางสาวจรรยา เพ็ญสุพรรณ)

๔. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการประเมินผลการใช้จากโรงพยาบาลขอนแก่น โดยบริษัทผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อทดลองใช้และประเมินผลไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
๕. กรณีผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดจากการผลิต บริษัทผู้ขายต้องยินยอมเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้ง
๖. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดลองใช้ และมีหนังสือรับรองการใช้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๗. ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อก และเอกสารที่บริษัทผู้ผลิตระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Technical data sheet) พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ให้ชัดเจนทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการฯ ได้ หากการเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการกรณีเป็นสินค้านำเข้า ต้องแสดงใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์และใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
๘. กรณีเป็นสินค้านำเข้าผู้ขายต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกโดย คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)


.....
(นายจिरศักดิ์ อนุกุลอนันต์ชัย)


.....
(นางสาววิไลวรรณ แสนโฮม)


.....
(นางสาวจจร เพียสุพรรณ)

แบบประเมินการใช้วัสดุเวชภัณฑ์มีใยยาหรือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1. ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท/หจก.
2. ชื่อวัสดุ สายสวนหลอดเลือดชนิด 2 ช่องในท่อเดียวกัน สำหรับใส่หลอดเลือดดำที่คอ (Jugular Double Lumen Catheter.) ยี่ห้อ.....จำนวน.....ชิ้น
3. หอผู้ป่วยที่ประเมิน
4. วันที่ทดลองใช้
5. ส่งคืนไม่เกินวันที่

*** (คืนที่คลังเวชภัณฑ์มีใยยา ชั้น 6 อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น โทร. 1508) ***

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ผลิตภัณฑ์สามารถหมุน Rotating ได้ 360 องศา			
2	ผลิตภัณฑ์มีปีกของ Catheter ทำด้วยพลาสติกที่อ่อนและ Flexible ได้ดี			
3	ปลายสาย Catheter เรียว นุ่ม ใส่ได้ง่าย ไม่ทำลายหลอดเลือด			
4	ผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นตำแหน่งสายได้ง่าย และชัดเจนขณะถ่ายภาพ X-ray			

☐ สมควรสั่งซื้อมาใช้ในโรงพยาบาล

☐ ไม่สมควรสั่งซื้อมาใช้ในโรงพยาบาล

เหตุผลที่ไม่สมควรซื้อ

- 1.....
- 2.....
- 3.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง หน.งาน.....

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

- 1.ให้รายงาน หน.งาน วัสดุเวชภัณฑ์มีใยยาทุกรายการที่ส่งให้ประเมิน
- 2.ให้ประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีหัวหน้าหอผู้ป่วยหัวหน้างาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าเป็นทีมร่วมประเมิน
- 3.ผลสรุปการประเมินว่าสมควรซื้อหรือไม่สมควรซื้อขอให้เชื่อมโยงเป็นทิศทางเดียวกันกับการประเมินด้วย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สายสวนหลอดเลือดชนิด ๒ ช่องในท่อเดียวกันสำหรับใส่หลอดเลือดดำที่คอ (Jugular Double Lumen Catheter) จำนวน ๕๘๐ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานคลังเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๘,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่..... **๑ ๖ ม.ค ๒๕๖๖**
เป็นเงิน ๙๒๘,๐๐๐.- บาท ราคาต่อหน่วย (บาท) ๑,๖๐๐.- บาท/ชุด
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่ซื้อภายใน ๒ ปีงบประมาณ
๕.๑ ตามสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ ขก ๐๐๓๒.๑/๑๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นาย จิรศักดิ์ อนุกุลอนันต์ชัย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒ นางสาววิไลวรรณ แสนโฮม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสาวขจร เพ็ญสุพรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ