



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

สายสวนหลอดเลือดดำชนิด ๒ ช่องในท่อเดียวกัน

สำหรับใส่หลอดเลือดดำที่ขาหนีบ

(Femoral Double Lumen Catheter)

จำนวน ๙๓๐ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดดำ ชนิด ๒ ช่องในท่อเดียวกัน
สำหรับใส่หลอดเลือดดำที่ขาหนีบ (Femoral Double Lumen Catheter)
โรงพยาบาลขอนแก่น

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นอุปกรณ์ที่ใส่เข้าร่างกายของผู้ป่วยทางหลอดเลือดดำที่ขาหนีบ (Femoral vein) เพื่อนำเลือดที่มีของเสียออกมาพอกแล้วส่งเลือดกลับคืนสู่ผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยยังไม่มีเส้นเลือด (Vascular access) ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย หรือผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่ต้องพอกเลือดฉุกเฉินซึ่งต้องคาสายสวนหลอดเลือดดำ (catheter) ชั่วคราว

๒. คุณลักษณะทั่วไป


๑. เป็นสายสวนหลอดเลือด ชนิด ๒ ช่อง ในท่อเดียวกัน (Double Lumen Catheter)
๒. ใส่เข้าร่างกายทางหลอดเลือดดำบริเวณขาหนีบผู้ป่วย (Femoral Vein)


๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำด้วย Polyurethane หรือ Silicone ชนิด Radiopaque
๒. วัสดุที่ใช้ทำมีคุณสมบัติเนื้อแข็งในอุณหภูมิตั้งแต่ ๐ องศาเซลเซียส ถึง ๖๐ องศาเซลเซียส แต่อ่อนตัวในอุณหภูมิร่างกาย
๓. ส่วนปลายของสาย Catheter มีลักษณะเรียวยาวและใส่ได้ง่าย และมีความนุ่ม ไม่ทำลายหลอดเลือดในขณะที่ใส่ และเวลาถ่ายภาพ X - ray มองเห็นลักษณะของตำแหน่งที่สายอยู่ได้ง่ายและชัดเจน
๔. ลักษณะของสาย Catheter มีรูสำหรับนำเลือดออกมาพอก (arterial) และมีรูสำหรับส่งเลือดคืนผู้ป่วย (Venous) ห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ - ๒ ซม. ลดการเกิด recirculation ของเลือดระหว่างการพอกเลือด
๕. ภายในสาย Catheter แบ่งเป็น ๒ ท่อ ลักษณะ side by side หรือ Double "D" Configuration
๖. สามารถหมุน (rotating) สายสวนได้ ๓๖๐ องศา โดยไม่ต้องตัดไหม และปีกของ Catheter ทำด้วยพลาสติกที่อ่อนและ flexible ได้ดี ป้องกันการกดทับเนื้อเยื่อผู้ป่วย
๗. ส่วนของ extensions เป็นแบบตรงและใส มีการพิมพ์อักษรชื่อ ขนาดความยาวของ catheter และ priming volume ไว้บน extensions พร้อมมี clamp อยู่บน extensions ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อใช้เปิด - ปิด catheter
๘. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ catheter ๑๑ - ๑๒ Fr. ความยาวของสาย ๑๙ - ๒๐ ซม. มีลักษณะตรง
๙. มี guide wire พร้อมอุปกรณ์สำหรับนำใส่ที่สะดวก และง่ายต่อการสอดใส่
๑๐. อุปกรณ์ทั้งหมดบรรจุในหีบห่อชุดปราศจากเชื้อ ระบุวันผลิต วันหมดอายุ และ Lot ที่ผลิตบนหีบห่อ
๑๑. อาจมีอุปกรณ์ในการทำหัตถการบรรจุเพิ่มในชุด เช่น syringe เข็ม ใบมีด เข็มเย็บ และด้าย เป็นต้น

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)


.....
(นายจिरศักดิ์ อนุกุลอนันต์ชัย)


.....
(นางสาววิไลวรรณ แสนโฮม)



.....
(นางสาวจร เพ็ญสุพรรณ)


๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีระยะเวลาใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันผลิต
๓. บริษัทผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการประเมินผลการใช้จากโรงพยาบาลขอนแก่น โดยบริษัทผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อทดลองใช้และประเมินผลไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
๕. กรณีผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดจากการผลิต บริษัทผู้ขายต้องยินยอมเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้ง
๖. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดลองใช้ และมีหนังสือรับรองการใช้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๗. ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อก และเอกสารที่บริษัทผู้ผลิตระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Technical data sheet) พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ให้ชัดเจนทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการฯ ได้ หากการเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการกรณีเป็นสินค้านำเข้า ต้องแสดงใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์และใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
๘. กรณีเป็นสินค้านำเข้าผู้ขายต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)


.....
(นายจिरศักดิ์ อนุกุลอนันต์ชัย)


.....
(นางสาววิไลวรรณ แสนโฮม)


.....
(นางสาวชจร เพ็ญสุพรรณ)

แบบประเมินการใช้วัสดุเวชภัณฑ์มีโซยาหรือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1. ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท/หจก.
2. ชื่อวัสดุ สายสายสวนหลอดเลือดดำ ชนิด 2 ช่อง ในท่อเดียวกันสำหรับใส่หลอดเลือดดำที่ขาหนีบ (Femoral Double Lumen Catheter) ยี่ห้อ.....จำนวน.....ชิ้น
3. หอผู้ป่วยที่ประเมิน
4. วันที่ทดลองใช้
5. ส่งคืนไม่เกินวันที่

*** (คืนที่คลังเวชภัณฑ์มีโซยา ชั้น 6 อาคารบริการและจอตรด 9 ชั้น โทร. 1508) ***

| ลำดับ | หัวข้อประเมิน | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ |
|-------|--|------|---------|----------|
| 1 | ผลิตภัณฑ์สามารถหมุน Rotating ได้ 360 องศา | | | |
| 2 | ผลิตภัณฑ์มีเนื้อแข็งในอุณหภูมิตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส | | | |
| 3 | ปลายสาย Catheter เรียว นุ่ม ใส่ได้ง่าย ไม่ทำลายหลอดเลือด | | | |
| 4 | ผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นตำแหน่งสายได้ง่าย และชัดเจนขณะถ่ายภาพ X-ray | | | |

สมควรสั่งซื้อมาใช้ในโรงพยาบาล

ไม่สมควรสั่งซื้อมาใช้ในโรงพยาบาล

เหตุผลที่ไม่สมควรซื้อ

- 1.....
- 2.....
- 3.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง หน.งาน.....

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

- 1.ให้รายงาน หน.งาน วัสดุเวชภัณฑ์มีโซยาทุกรายการที่ส่งให้ประเมิน
- 2.ให้ประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีหัวหน้าหอผู้ป่วยหัวหน้างาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าเป็นทีมร่วมประเมิน
- 3.ผลสรุปการประเมินว่าสมควรซื้อหรือไม่สมควรซื้อขอให้เชื่อมโยงเป็นทิศทางเดียวกันกับการประเมินด้วย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (รวม) | วัสดุ ในประเทศ | วัสดุ ต่างประเทศ |
|-------------------|------------|-------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑ | ปูนซีเมนต์ | | | | | | |
| ๒ | กระเบื้อง | | | | | | |
| ๓ | ผ้าเพดาน | | | | | | |
| ๔ | หลอดไฟ | | | | | | |
| ๕ | คอมไฟ | | | | | | |
| รวม | | | | | xxx | xxx | xxx |
| อัตรา (ร้อยละ) | | | | | ๑๐๐ | ๗๐ | ๓๐ |

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สายสวนหลอดเลือดดำ ชนิด ๒ ช่องในท่อเดียวกัน สำหรับใส่หลอดเลือดดำที่ขาหนีบ (Femoral Double Lumen Catheter) จำนวน ๔๓๐ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานคลังเวชภัณฑ์ที่มีไชยาฯ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่..... - ๖ ม.ค. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๑,๔๘๘,๐๐๐.- บาท ราคาต่อหน่วย (บาท) ๑,๖๐๐.- บาท/ชุด
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่ซื้อภายใน ๒ ปีงบประมาณ
๕.๑ ตามสัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ ขก๐๐๓๒.๑/๑๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นาย จิรศักดิ์ อนุกลอนันต์ชัย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒ นางสาววิไลวรรณ แสนโฮม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสาว ขจร เพ็ญสุพรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ