



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๔๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult)

จำนวน ๒ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult)
โรงพยาบาลขอนแก่น
(ฉบับปรับปรุง)

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ดูดเสมหะให้ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal Tube หรือ Tracheostomy Tube) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากภายนอกสู่ตัวผู้ป่วยและจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ถูกรบกวนจากการดูดเสมหะในระหว่างการช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ผลิตรถยนต์เป็นสายดูดเสมหะระบบปิด ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ สามารถเปิดใช้งานได้ทันที

๒.๒ ผลิตรถยนต์ต้องมีข้อต่อด้านขาหน้าเป็นข้อต่อ ๔ ทาง ประกอบด้วย

- ข้อต่อด้านตรงสำหรับต่อท่อช่วยหายใจสามารถสวมได้พอดีกับข้อต่อขนาดมาตรฐานทางการแพทย์
- ข้อต่อด้านข้างสำหรับสวมเข้ากับ Breathing Circuit ของเครื่องช่วยหายใจ และสามารถปรับทิศทางหมุนได้ ๓๖๐ องศาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำผู้ป่วย
- บริเวณข้อต่อต้องมีช่องหลอด NSS(Normal Saline Solution) ให้ผู้ป่วยกรณีที่มีเสมหะเหนียวมากพร้อมช่องล้างสาย Suction ในกรณีที่มีเสมหะค้างอยู่ในสายแบบ One Way Valve ที่จะเปิด-ปิดอัตโนมัติ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติป้องกันน้ำไหลย้อนกลับขึ้นไปขณะล้างสาย
- บริเวณข้อต่อต้องมีสายสำหรับพ่นยาแบบ MDI เพื่อให้การพ่นยาให้ผู้ป่วยไม่เกิดการฟุ้งกระจายปนเปื้อนภายในอากาศ

๒.๓ มีสายสำหรับดูด (Suction) ที่ปลายสายสำหรับดูดต้องมีรูทั้งหมด ๓ รู คือ ด้านข้าง ๒ รูตำแหน่งไม่ตรงกัน และปลายสาย ๑ รู เพื่อป้องกันสายดูดเสมหะอุดตันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดเสมหะ

๒.๔ สายดูดเสมหะระบบปิด ต้องนุ่มทำด้วยวัสดุ High Density Polyvinyl Chloride ชนิด Medical Grade ลักษณะใส มีความอ่อนนุ่ม ไม่ระคายเคืองต่อผนังหลอดลม

๒.๕ ความยาวของสายดูดเสมหะ จากปลายสายจนถึงข้อต่อของส่วนควบคุมการเปิด-ปิด มีความยาวหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจทุกแบบ รวมถึงท่อช่วยหายใจทางหลอดลม (Tracheostomy tube) และมี Scale แบ่งเป็นเส้นทึบทุกๆ ระยะ ๑ เซนติเมตร ตั้งแต่ ๖-๒๕ เซนติเมตร ต้องให้สังเกตได้ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสังเกตดูความลึกของสายดูดเสมหะระบบปิดได้อย่างสะดวก

๒.๖ ผลิตรถยนต์ต้องมีเส้นทึบบ่งบอกระยะในการเก็บสายเมื่อใช้งานในแต่ละครั้งแล้วเสร็จ ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ บริเวณปลายของสายดูดเสมหะ และบริเวณปลายข้อต่อภายในถุงพลาสติก เมื่อดึงสายดูดเสมหะเก็บจะต้องสามารถสังเกตได้ง่ายยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

.....
(นางพัชรี ศรีภาพร)

.....
(นางอัจฉราวรรณ นาเมืองจันทร์)

.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

๒.๗ สายดูดเสมหะระบบปิด ต้องถูกหุ้มและบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกเหนียวนิ่มและทนทาน โดยที่ปลายถุง ส่วนหนึ่งจะต้องติดผนึกกับข้อต่อด้านบน ส่วนปลายอีกด้านนั้นต้องผนึกติดกับส่วนควบคุมการดูดเสมหะ ตัวถุงนั้น ต้องผลิตจาก PVC ชนิด Medical Grade เพื่อป้องกันการฉีกขาดต้องสามารถเห็นสายและลักษณะเสมหะขณะดูด รวมทั้งต้องมีความยืดหยุ่น ปรับหดตามระยะสายดูดเสมหะที่สอดผ่านท่อช่วยหายใจ

๒.๘ ปุ่มกด Suction (Control Valve) จะต้องทำงานโดยการกดปุ่มเพื่อต้องการดูดเสมหะ และดึงสายดูด เสมหะไปพร้อมๆกัน และเมื่อสิ้นสุดการดูดเสมหะให้ปล่อย Control Valve

๒.๙ ปุ่มกด Suction ต้องมีรหัสสีประจำในแต่ละเบอร์ตามหลักสากลที่ใสและต้องออกแบบมาพิเศษ เพื่อให้ เห็นการทำงานของปุ่มและดูประสิทธิภาพในการทำงานของปุ่มดูดเสมหะ จะต้องมียุทธลักษณะตัวล็อคเพื่อแสดงว่า สามารถหมุนได้ ๑๘๐ องศา เพื่อทำการล็อคสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุผู้ป่วยไปกดทับขณะไม่ได้ใช้งาน

๒.๑๐ ข้อต่อที่เชื่อมต่อกับ Pipe Line ต้องเป็นข้อต่อตัวหนอนสำหรับต่อเข้ากับท่อดูดเสมหะด้วยลม (Connection Tube) พร้อมฝาปิดที่ยึดติดเป็นชิ้นเดียวกับตัวปุ่มกด Suction เพื่อป้องกันการหลุดหรือหล่นหาย

๒.๑๑ อุปกรณ์ประกอบสาย Closed Suction ตลอดทั้งสายต้องเป็นระบบปิด ไม่สามารถปลดส่วนต่างๆ ออกจากกันได้ หรือต้องสามารถรักษาความเป็นระบบปิดได้ระหว่างใช้งานและไม่หลุดออกจากกันง่าย

๒.๑๒ ผลิตภัณฑ์ต้องติดสติ๊กเกอร์ เพื่อบ่งบอกวันหมดอายุของสายดูดเสมหะระบบปิด เมื่อเปิดใช้งานแล้ว

๒.๑๓ ผลิตภัณฑ์มีช่องสำหรับฉีดน้ำสะอาดปราศจากเชื้อ เพื่อเข้าไปล้างสาย Suction ได้ในกรณีที่เสมหะ เหนียว

๒.๑๔ บรรจุในซองที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย EO gas สามารถใช้งานได้ทันที ถุงพลาสติกที่บรรจุ ต้องมีความเหนียวและยืดหยุ่น ไม่ฉีกขาดขณะใช้งาน และบริเวณของบรรจุภัณฑ์ต้องมีการระบุ ขนาด ,รหัสรอบการ ผลิต (Lot No.) , วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ให้ชัดเจน

๒.๑๕ ผลิตภัณฑ์มีขนาด เบอร์ ๑๒ และ เบอร์ ๑๔

๒.๑๖ บรรจุ ๑ ชิ้น/ซอง (๑๐ ซอง/กล่อง)

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ หรือ GMP กระทรวงสาธารณสุขเชื่อมโยง กับสินค้าที่นำเสนอและแสดงเอกสารที่ไม่หมดอายุ

๓.๒ กรณีเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ให้แสดงใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

๓.๓ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๓.๔ กรณีบริษัทผู้ขายเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก บริษัทผู้ผลิต โดยแสดงเอกสาร

๓.๕ กรณีเป็นสินค้านำเข้า บริษัทผู้ขายต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออก โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

๓.๖ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการประเมินผลการใช้จากโรงพยาบาลขอนแก่น โดยบริษัทผู้ขายต้องส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์จำนวนรายการละ ๕๐ ชิ้น เพื่อทดลองใช้และประเมินผลไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(นางพัชรี ศรีถาวร)

(นางอัจฉราวรรณ นาเมืองจันทร์)


(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

๓.๗ หากผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไม่ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้ง

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อก และเอกสารที่บริษัทผู้ผลิตระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Technical data sheet) พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ให้ชัดเจนทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการฯ ได้ หากการเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง


.....
(นางพัชรี ศรีถาวร)


.....
(นางอัจฉราวรรณ นามืองจันทร์)


.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

วัสดุทางการแพทย์
สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult)
จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)
๑	สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) No.๑๒	๘,๐๐๐ ชิ้น	๒๘๐	๒,๒๔๐,๐๐๐
๒	สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) No.๑๔	๑๐,๐๐๐ ชิ้น	๒๘๐	๒,๘๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้นประมาณ				๕,๐๔๐,๐๐๐

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

.....
(นางพัชรี ศรีถาวร)

.....
(นางอัจฉราวรรณ นามือจันทร์)


.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

วัสดุทางการแพทย์
สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult)
จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)
๑	สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) No.๑๒	๘,๐๐๐ ชิ้น		
๒	สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) No.๑๔	๑๐,๐๐๐ ชิ้น		
รวมทั้งสิ้นประมาณ				

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)


.....
(นางพัชรี ศรีถาวร)


.....
(นางอัจฉราวรรณ นามืองจันทร์)


.....
(นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
๒. ชื่อพัสดุ.....
๓. ยี่ห้อ.....
-
๔. รุ่น.....
๕. ประเทศ.....
๖. กำหนดส่งมอบ.....
๗. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคาในวันยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) จำนวน ๒ รายการ
 - ๑.๑ สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) No.๑๒ จำนวน ๘,๐๐๐ ชิ้น
 - ๑.๒ สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) No.๑๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานคลังเวชภัณฑ์ที่มีไชยาฯ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๔๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
 - ๓.๑ รายการที่ ๒ ๒,๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 - ๓.๒ รายการที่ ๓ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๐๔๐,๐๐๐ บาท

สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) จำนวน ๒ รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
๑	สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) No.๑๒	๘,๐๐๐	๒๘๐	๒,๒๔๐,๐๐๐
๒	สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) No.๑๔	๑๐,๐๐๐	๒๘๐	๒,๘๐๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๘,๐๐๐		๕,๐๔๐,๐๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่เคยซื้อภายใน ๒ ปีงบประมาณ

๕.๑ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ Nb๕๐๒๓๘๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

๕.๒ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ Nb๕๐๓๐๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ๖.๑ นางพัชรี ศรีถาวร | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๖.๒ นางอัจฉราวรรณ นามเมืองจันทร์ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๖.๓ นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |