



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip)

จำนวน ๒๕ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

/(๔) กรณีที่...

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะ คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง
(Aneurysm Clip)

งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ความต้องการ

คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมองของผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดในสมองโป่งพอง

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับหนีบเส้นเลือดในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองโป่งพอง

คุณลักษณะสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องมือประกอบการผ่าตัดศัลยกรรมระบบประสาทแบบ L-Clip ทำจากวัสดุที่มีส่วนประกอบของไทเทเนียม

คุณลักษณะเฉพาะ

1. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง(Straight) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.0 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม จำนวน 25 ตัว
2. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง(Straight) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.9 มม. Closing Force 1.77 นิวตัน หรือ 180 กรัม จำนวน 25 ตัว
3. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง(Straight) ความยาวส่วนปลาย 12.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 10.2 มม. Closing Force 1.77 นิวตัน หรือ 180 กรัม จำนวน 25 ตัว
4. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งเล็กน้อย(Slightly Curved) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.0 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม จำนวน 25 ตัว
5. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งเล็กน้อย(Slightly Curved) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.9 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 25 ตัว
6. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งเล็กน้อย(Slightly Curved) ความยาวส่วนปลาย 11.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 10.2 มม. Closing Force 1.80 นิวตัน หรือ 177 กรัม จำนวน 25 ตัว
7. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ (Strong Curved) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 7.6 มม. Closing Force 150 กรัม หรือ 1.47 นิวตัน จำนวน 1 ตัว
8. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ (Strong Curved) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.4 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 1 ตัว
9. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 90 องศา (Strong Curved, Angled) ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 1 ตัว



(นายธิตี ธิตีศักดิ์สกุล)



(นายธนพัทธ์ คำสุริย์)



(นางดวงพร เวียงสิมมา)




(นางสาวปิยาภรณ์ โสภกิจิตร)

10. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 90 องศา (Strong Curved, Angled) ความยาวส่วนปลาย 10.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 1 ตัว
11. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบ Paddle Clip ชนิดปลายตรง (Straight) ความยาวส่วนปลาย 11.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 12.3 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 1 ตัว
12. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบ Tunnel Clip ชนิดปลาย Fenestrated Ø3.5 โค้ง 45 องศา ความยาวส่วนปลาย 4.5 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 3 ตัว
13. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตะขอ (J-Curved) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.3 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 1 ตัว
14. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตะขอ (J-Curved) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 7.3 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 3 ตัว
15. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งด้านข้าง (Curved Sideward) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.4 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 3 ตัว
16. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 56 องศา (Strong Curved) ความยาวส่วนปลาย 4.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 3.8 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 3 ตัว
17. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบ Fenestrated Ø3.5 ชนิดปลายโค้งงอ 90 องศา (Curved 90) ความยาวส่วนปลาย 5.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 4.9 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม จำนวน 1 ตัว
18. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบ Fenestrated Ø3.5 ชนิดปลายโค้งงอ 90 องศา (Curved 90) ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 4.9 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม จำนวน 3 ตัว
19. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบ Fenestrated Ø3.5 ชนิดปลายโค้งงอ 90 องศา (Curved 90) ความยาวส่วนปลาย 10.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 4.9 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม จำนวน 1 ตัว
20. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบ Fenestrated Ø3.5 ชนิดปลายโค้งงอ 45 องศา (Curved 45) ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 7.3 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม จำนวน 3 ตัว
21. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลาย Fenestrated Ø5 โค้ง 90 องศา ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม จำนวน 2 ตัว
22. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลาย Fenestrated Ø5 โค้ง 45 องศา ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.5 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม จำนวน 2 ตัว
23. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง Fenestrated Ø5 ความยาวส่วนปลาย 5.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 9.5 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม จำนวน 2 ตัว
24. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลาย Fenestrated Ø5 โค้ง 90 องศา ความยาวส่วนปลาย 10.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม จำนวน 1 ตัว


 (นายจิทธิ ชิตศักดิ์สกุล)


 (นายธนพัทธ์ คำสุริย์)


 (นางดวงพร เวียงสิมมา)


 (นางสาวปิยาภรณ์ ไส่สาจิตร์)

25. คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งด้านข้าง40องศา (Curved Sideward)
ความยาวส่วนปลาย 8.0 มม.ปลายเปิดกว้างได้ 8.5 มม.Closing Force 180 กรัมหรือ 1.77 นิวตัน จำนวน 1 ตัว

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผลิตภัณฑ์บรรจุในของ Sterile pack สามารถเปิดใช้งานได้โดยไม่ต้องฆ่าเชื้ออีก การบรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง
ผลิตภัณฑ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรองคุณภาพจาก CE Mark หรือ FDA หรือ ISO 13485
3. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับวันส่งมอบ
4. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
5. ผลิตภัณฑ์ต้องนำเข้าโดยผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยมีใบจดทะเบียนของสถาน
ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา




(นายธิตี ธิตศักดิ์สกุล)



(นายชนพัทธ์ คำสุริย์)



(นางดวงพร เวียงสิมมา)



(นางสาวปิยาภรณ์ โสภากิจตร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 25 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง(Straight) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม.ปลายเปิดกว้างได้ 8.0 มม. Closing Force1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	25	7,500	187,500
2	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง(Straight) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.9 มม. Closing Force1.77 นิวตัน หรือ 180 กรัม	25	7,500	187,500
3	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง(Straight) ความยาวส่วนปลาย 12.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 10.2 มม. Closing Force1.77 นิวตัน หรือ 180 กรัม	25	7,500	187,500
4	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งเล็กน้อย (Slightly Curved) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.0 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	25	7,500	187,500
5	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งเล็กน้อย (Slightly Curved) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.9 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	25	7,500	187,500
6	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งเล็กน้อย (Slightly Curved) ความยาวส่วนปลาย 11.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 10.2 มม. Closing Force1.80 นิวตัน หรือ 177 กรัม	25	7,500	187,500
7	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ (Strong Curved) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 7.6 มม. Closing Force 150 กรัม หรือ 1.47 นิวตัน	1	7,500	7,500
8	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ (Strong Curved) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.4 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1	7,500	7,500


 (นายธิตี ธิตีศักดิ์สกุล)


 (นายธนพัทธ์ คำสุริย์)


 (นางดวงพร เวียงสิมมา)


 (นางสาวปิยาภรณ์ ไส่หาจิตร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 25 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
9	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 90 องศา (Strong Curved, Angled) ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1	7,500	7,500
10	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 90 องศา (Strong Curved, Angled) ความยาวส่วนปลาย 10.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1	7,500	7,500
11	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบ Paddle Clip ชนิดปลายตรง (Straight) ความยาวส่วนปลาย 11.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 12.3 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1	7,500	7,500
12	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบ Tunnel Clip ชนิดปลาย Fenestrated Ø3.5 โค้ง 45 องศา ความกว้างส่วนปลาย 4.5 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	3	7,500	22,500
13	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตะขอ(J-Curved) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.3 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1	7,500	7,500
14	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตะขอ(J-Curved) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 7.3 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	3	7,500	22,500
15	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 56 องศา (Strong Curved) ความยาวส่วนปลาย 4.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 3.8 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	3	7,500	22,500
16	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 56 องศา (Strong Curved) ความยาวส่วนปลาย 4.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 3.8 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	3	7,500	22,500


 (นายชิต ธิติศักดิ์สกุล)


 (นายชนพัทธ์ คำสุริย์)


 (นางดวงพร เวียงลิ้มมา)



 (นางสาวปิยาภรณ์ ไส่จาดิตร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คลิปหนีบลำเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 25 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
17	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบ Fenestrated Ø3.5 ชนิด ปลายโค้งงอ 90 องศา (Curved 90) ความยาวส่วนปลาย 5.0 มม. ปลายเปิด กว้างได้ 4.9 มม. Closing Force 1.47 นิวตันหรือ 150 กรัม	1	7,500	7,500
18	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบ Fenestrated Ø3.5 ชนิด ปลายโค้งงอ 90 องศา (Curved 90) ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิด กว้างได้ 4.9 มม. Closing Force 1.47 นิวตันหรือ 150 กรัม	3	7,500	22,500
19	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบ Fenestrated Ø 3.5 ชนิด ปลายโค้งงอ 90 องศา (Curved 90) ความยาวส่วนปลาย 10.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 4.9 มม. Closing Force 1.47 นิวตันหรือ 150 กรัม	1	7,500	7,500
20	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบ Fenestrated Ø3.5 ชนิด ปลายโค้งงอ 45 องศา (Curved 45) ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 7.3 มม. Closing Force 1.47 นิวตันหรือ 150 กรัม	3	7,500	22,500
21	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลาย Fenestrated Ø5 โค้ง 90 องศา ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	2	7,500	15,000
22	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลาย Fenestrated Ø5 โค้ง 45 องศา ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.5 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	2	7,500	15,000
23	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง Fenestrated Ø5 ความยาวส่วนปลาย 5.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 9.5 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	2	7,500	15,000



(นายจิตติ จิตศักดิ์สกุล) (นายธนพัทธ์ คำสุริย์) (นางดวงพร เวียงสิมมา) (นางสาวปิยาภรณ์ ไส่ภาจิตร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 25 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
24	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลาย Fenestrated Ø5 โค้ง 90 องศา ความยาวส่วนปลาย 10.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	1	7,500	7,500
25	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลาย โค้งด้านข้าง 40 องศา (Curved Sideward) ความยาวส่วนปลาย 8.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.5 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1	7,500	7,500
	รวมทั้งสิ้น	184		1,380,000




(นายชิตติ ชิตศักดิ์สกุล)



(นายธนพัทธ์ คำสุริย์)



(นางดวงพร เวียงสิมมา)





(นางสาวปิยาภรณ์ โสภกิจตร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คลิปหนีบลำเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 25 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง(Straight) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม.ปลายเปิดกว้างได้ 8.0 มม. Closing Force1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	25		
2	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง(Straight) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.9 มม. Closing Force1.77 นิวตัน หรือ 180 กรัม	25		
3	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรง(Straight) ความยาวส่วนปลาย 12.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 10.2 มม. Closing Force1.77 นิวตัน หรือ 180 กรัม	25		
4	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งเล็กน้อย (Slightly Curved) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.0 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	25		
5	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งเล็กน้อย (Slightly Curved) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.9 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	25		
6	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งเล็กน้อย (Slightly Curved) ความยาวส่วนปลาย 11.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 10.2 มม. Closing Force1.80 นิวตัน หรือ 177 กรัม	25		
7	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ (Strong Curved) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 7.6 มม. Closing Force 150 กรัม หรือ 1.47 นิวตัน	1		
8	คลิปหนีบลำเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ (Strong Curved) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.4 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1		





(นายธิต ธิติศักดิ์สกุล) (นายธนพัทธ์ คำสุริย์) (นางดวงพร เวียงสิมมา) (นางสาวปิยาภรณ์ โสกาจิตร์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 25 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
9	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 90 องศา (Strong Curved, Angled) ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1		
10	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 90 องศา (Strong Curved, Angled) ความยาวส่วนปลาย 10.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1		
11	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบ Paddle Clip ชนิดปลายตรง (Straight) ความยาวส่วนปลาย 11.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 12.3 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1		
12	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบ Tunnel Clip ชนิดปลาย Fenestrated Ø3.5 โค้ง 45 องศา ความกว้างส่วนปลาย 4.5 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	3		
13	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตะขอ(J-Curved) ความยาวส่วนปลาย 7.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.3 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1		
14	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตะขอ(J-Curved) ความยาวส่วนปลาย 9.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 7.3 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	3		
15	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 56 องศา (Strong Curved) ความยาวส่วน ปลาย 4.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 3.8 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	3		
16	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายโค้งงอ 56 องศา (Strong Curved) ความยาวส่วนปลาย 4.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 3.8 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	3		




(นายจิติ จิตศิริกุล) (นายธนพัทธ์ คำสุริย์) (นางดวงพร เวียงสิมมา) (นางสาวปิยาภรณ์ ไสภาจิตร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 25 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
17	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบFenestrated Ø3.5 ชนิด ปลายโค้งงอ 90 องศา (Curved 90) ความยาวส่วนปลาย 5.0 มม.ปลายเปิด กว้างได้4.9 มม.Closing Force 1.47 นิวตันหรือ 150 กรัม	1		
18	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบ Fenestrated Ø3.5 ชนิด ปลายโค้งงอ 90 องศา (Curved 90) ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม.ปลายเปิด กว้างได้ 4.9 มม.Closing Force 1.47 นิวตันหรือ 150 กรัม	3		
19	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบFenestrated Ø 3.5 ชนิด ปลายโค้งงอ 90 องศา (Curved 90) ความยาวส่วนปลาย 10.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 4.9 มม.Closing Force 1.47นิวตันหรือ150 กรัม	1		
20	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐานถาวร แบบ Fenestrated Ø3.5 ชนิด ปลายโค้งงอ 45 องศา (Curved 45) ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 7.3 มม.Closing Force1.47 นิวตันหรือ 150 กรัม	3		
21	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลาย Fenestrated Ø5 โค้ง 90 องศา ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	2		
22	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายFenestrated Ø5 โค้ง 45องศา ความยาวส่วนปลาย 7.5 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.5 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	2		
23	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลายตรงFenestrated Ø5 ความยาวส่วนปลาย 5.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 9.5 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	2		



(นายธิตี จิตศักดิ์สกุล) (นายชนพัทธ์ คำสุริย์) (นางดวงพร เวียงสิมมา) (นางสาวปิยาภรณ์ โสภกิจตร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 25 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
24	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลาย Fenestrated Ø5 โค้ง 90 องศา ความยาวส่วนปลาย 10.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 6.1 มม. Closing Force 1.47 นิวตัน หรือ 150 กรัม	1		
25	คลิปหนีบเส้นเลือด ขนาดมาตรฐาน แบบถาวร ชนิดปลาย โค้งด้านข้าง 40 องศา (Curved Sideward) ความยาวส่วนปลาย 8.0 มม. ปลายเปิดกว้างได้ 8.5 มม. Closing Force 180 กรัม หรือ 1.77 นิวตัน	1		
	รวมทั้งสิ้น	184		






(นายธิต ธิศักดิ์สกุล) (นายธนพัทธ์ คำสุริย์) (นางดวงพร เวียงสิมมา) (นางสาวปิยาภรณ์ ไสภจิตร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
๒. ชื่อพัสดุ.....
๓. ยี่ห้อ.....
๔. รุ่น.....
๕. ประเทศ.....
๖. กำหนดส่งมอบ.....
๗. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคาในวันยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร..... (ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....


**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	รายการ....	ลบ.ม.				
	รายการ....	ลบ.ม.				
2	งานผิวทาง					
	รายการ....	ตร.ม.				
	รายการ....	ตร.ม.				
รวม					-	0%

1	เดือน...	2	เดือน...	3	เดือน...	4	เดือน...	5	เดือน...	6	เดือน...	7	เดือน...	8	เดือน...

Money															
AccMoney															
% PLAN															
% ACC PLAN															
% ACTUAL															
% ACC ACTUAL															
% ACC DIFF															
% PLAN/2															
% PLAN/2 DIFF															



- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- 2) หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- 4) มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของแผนงานแต่ละรายการ
- 5) ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ


หมายเหตุ:

Money
% PLAN

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
		ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
		ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								



หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

- หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานตัวอย่าง งานก่อสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมด
- ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงานทั้งหมด
- ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงานทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 25 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,380,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)11...มีนาคม...2567.....
เป็นเงิน 1,380,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท/รายการ
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 3 รายดังนี้
 - 4.1. บริษัท เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
 - 4.2 บริษัท นิว โลฟเมต จำกัด
 - 4.3 บริษัท JTK PREMIUM CP,LTD
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายธิตี ธิตศักดิ์สกุล นายแพทย์ชำนาญการ
 - 5.2 นายธนพัทธ์ คำสุริย์ นายแพทย์ชำนาญการ
 - 5.3 นางดวงพร เวียงสีมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - 5.4 นางสาวปิยาภรณ์ โสภกิจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ