



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๐,๖๘๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ชุดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพุง
และสกรูชนิดหัวล็อกและไมล็อก

จำนวน ๖ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒.๑ (๑), ข้อ ๑๒.๑ (๒) และ ข้อ ๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๑๒.๔ กรณีตามข้อ ๑๒.๑ - ข้อ ๑๒.๓ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
- (๔) การซื้อและการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพยางและสกรูชนิดหัวล็อกและไม่ล็อก
โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


เป็นชุดแผ่นโลหะสำหรับผ่าตัดตามกระดูกหัก


คุณลักษณะเฉพาะ

1. โลหะตามกระดูกหักบริเวณสันเท้า ชนิดปรับมุมสกรูเพื่อยึดกระดูกได้ (VA Calcaneal Locking Plate) เป็นแผ่นโลหะตามกระดูกหักบริเวณสันเท้า โดยสามารถใส่สกรูหัวล็อก ขนาด 2.7 mm Variable Angle Locking เพื่อปรับท่ามุมเอียงได้ โดยโครงสร้างยังให้ความแข็งแรง
 - 1.1. แผ่นโลหะตามกระดูกหักบริเวณสันเท้า มีลักษณะเข้ากับสรีระ ทำให้ไม่ต้อง ทำการตัดก่อนใส่มีรูชนิดพิเศษ (Variable Locking) ทำให้สามารถใส่สกรูชนิด หัวล็อกได้ โดยเอียงท่ามุมได้ 15 องศา รอบทิศทาง มีรอยเว้าบริเวณขอบด้านบน (Scalloped edge) ให้ใส่สกรูด้านนอกเพื่อเสริม ความแข็งแรงได้มีขนาดเล็ก (58 มิลลิเมตร) กลาง (64 มิลลิเมตร) และขนาดใหญ่ (70 มิลลิเมตร) มีทั้งด้านขวาและด้านซ้าย ผลิตจากสแตนเลสสตีล
 - 1.2. แผ่นโลหะตามกระดูกหักบริเวณสันเท้า ชนิดเปิดแผลเล็ก มีลักษณะเข้ากับสรีระ ทำให้ไม่ต้องทำการตัดก่อนใส่มีรูชนิดพิเศษ (Variable Locking) ทำให้สามารถใส่สกรูชนิดหัวล็อกได้ โดยเอียงท่ามุมได้ 15 องศา รอบทิศทางตัวแผ่นโลหะบริเวณส่วนโค้งไม่มีรูเพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ส่วนหัวมีรูใส่สกรู anterior process screws ได้จำนวน 4 รู และมีขนาดสั้น (40 มิลลิเมตร) และขนาด ยาว (56 มิลลิเมตร) มีทั้งด้านขวาและด้านซ้าย ผลิตจากสแตนเลสสตีล
2. สกรูยึดกระดูกชนิดหัวสกรูพยางแบบใส่ปรับหมุนได้ VA- locking screw star drive 2.7 mm. เป็นสกรูชนิดหัวล็อกแบบใส่ท่ามุมเอียงได้หลายตำแหน่ง สำหรับใช้กับแผ่นโลหะตามกระดูกสันเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มิลลิเมตร มีรูชั้นสกรูชนิดสตาร์ไดร์ ขนาด T8 และไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ มีความยาวตั้งแต่ขนาด 16 - 56 มิลลิเมตร ผลิตจากสแตนเลสสตีล
3. แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพยางสำหรับกระดูกหักบริเวณใกล้ข้อมือ (LCP Variable Angle Two Column Volar Distal Radius Plate 2.4 mm)
 - ลักษณะของแผ่นโลหะออกแบบให้เข้ากับสรีระของกระดูก มีผิวเรียบและมีขอบมนเพื่อลดการเสียดสีกับเนื้อเยื่อ
 - ลักษณะรูส่วนกลางเป็นแบบ Combination hole ใช้ได้กับสกรูชนิดหัวล็อกขนาด 2.4 มิลลิเมตร และชนิดหัวไม่ล็อกขนาด 2.4 และ 2.7 มิลลิเมตร


(นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม)


(นายเสริมศักดิ์ สุขพาณิชย์)


(นางพรรณีย์ ราชดุษฎี)


(นางทัศนีย์ เขียนภูเขียว)


- มีรูยาวบริเวณส่วนกลาง (Elongated Combination Holes Shaft) เพื่อสะดวกในการจัดวางตำแหน่ง
 - ส่วนปลายใกล้ข้อมือสามารถยิงสกรูได้ 6-7 ตัวและสามารถยิงสกรูทำมุมเอียงได้ 15 องศาโดยรอบ
 - มีหน้ากว้าง 3 ขนาดดังนี้ 19.5 มิลลิเมตร 22 มิลลิเมตร และ 25.5 มิลลิเมตร
 - มีจำนวนรูขนาด 2,3,4,5,7,10 รู มีทั้งชนิดข้างซ้ายและข้างขวา ผลิตจากเพียวไทเทเนียม (Pure titanium)
4. สกรูยึดกระดูกชนิดหัวล็อกแบบปรับมุมยิงได้ (Variable Angle screw) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 มิลลิเมตร
- มีรูชั้นหัวสกรูชนิดสตาร์ไดร์ฟ
 - มีความยาวตั้งแต่ 10 - 30 มิลลิเมตร ความยาวจะเพิ่มขึ้นขนาดละ 2 มิลลิเมตร
 - สามารถไขสกรูเข้าไปในกระดูกได้โดยไม่ต้องทำเกลียวสกรูก่อน (Self-tapping)
 - ผลิตจากไทเทเนียม (Titanium)
5. สกรูยึดกระดูกแบบCortexชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 มิลลิเมตร
- มีรูชั้นหัวสกรูชนิดสตาร์ไดร์ฟ
 - มีความยาวตั้งแต่ 6 - 30 มิลลิเมตร ความยาวจะเพิ่มขึ้นขนาดละ 2 มิลลิเมตร
 - ผลิตจากไทเทเนียม (Titanium)
6. สกรูยึดกระดูกแบบคอร์เทกซ์ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มิลลิเมตร
- มีรูชั้นหัวสกรูชนิดสตาร์ไดร์ฟ
 - มีความยาวตั้งแต่ 10 - 30 มิลลิเมตร ความยาวจะเพิ่มขึ้นขนาดละ 2 มิลลิเมตร
 - ผลิตจากไทเทเนียม (Titanium)


เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นวัสดุปลอดสนิม ตามมาตรฐานทางการแพทย์สามารถนำไปฝังเข้าเนื้อกระดูกได้โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข หรือ CE Mark หรือ ISO 13485 หรือ FDA
3. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยถูกการใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
4. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ
5. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


.....
(นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม)


.....
(นายเสริมศักดิ์ สุขพานิชยิ่งยง)



.....
(นางพรณีย์ ราชสุขชัย)


.....
(นางทศวัลย์ เขียนภูเขียว)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ชุดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพวยงและสกรูชนิดหัวล็อกและไม่ล็อก จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	สกรูยึดกระดูกชนิดหัวสกรูพวยงแบบใส่ปรับได้ VA locking screw star drive 2.7 mm. (L16 mm. - 56 mm.)	150	1,600	240,000
2	แผ่นโลหะยึดกระดูกหักสันเท้าชนิดปรับมุมสกรูเพื่อยึดกระดูกได้ (VA Calcaneal Locking Plate) 2.7 mm. small/medium/Large และเปิดแผลเล็กข้างซ้ายหรือขวา	17	17,000	289,000
3	แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ LCP Variable Angle Two Column Volar Distal radius ขนาด 2.4 mm. จำนวนรู 2,3,4,5,7,10 รู	30	17,000	510,000
4	สกรูยึดกระดูกชนิดหัวล็อกแบบปรับมุมยั้งได้ (Variable Angle Screw) ขนาด 2.4 mm. L10 - 30 mm.	300	1,600	480,000
5	สกรูยึดกระดูกแบบ Cortex ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ 2.4 mm. L6 mm. - 30 mm.	10	890	8,900
6	สกรูยึดกระดูกแบบ Cortex ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ 2.7 mm. L10 mm. - 30 mm.	2	1,390	2,780
	รวมทั้งสิ้น	509		1,530,680


(นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม)


(นายเสริมศักดิ์ สุขพาณิชย์)



(นางพรรณิย์ ราชดุขัญ)


(นางทัศนีย์ เขียนภูเขียว)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ชุดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพวยงและสกรูชนิดหัวล็อกและไม่ล็อก จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	สกรูยึดกระดูกชนิดหัวสกรูพวยงแบบใส่ปรับได้ VA locking screw star drive 2.7 mm. (L16 mm. - 56 mm.)	150		
2	แผ่นโลหะยึดกระดูกหักสันเท้าชนิดปรับมุมสกรูเพื่อยึดกระดูกได้ (VA Calcaneal Locking Plate) 2.7 mm. small/medium/Large และเปิดแผลเล็กข้างซ้ายหรือขวา	17		
3	แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ LCP Variable Angle Two Column Volar Distal radius ขนาด 2.4 mm. จำนวนรู 2,3,4,5,7,10 รู	30		
4	สกรูยึดกระดูกชนิดหัวล็อกแบบปรับมุมยั้งได้ (Variable Angle Screw) ขนาด 2.4 mm. L10 - 30 mm.	300		
5	สกรูยึดกระดูกแบบ Cortex ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ 2.4 mm. L6 mm. - 30 mm.	10		
6	สกรูยึดกระดูกแบบ Cortex ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ 2.7 mm. L10 mm. - 30 mm.	2		
	รวมทั้งสิ้น	509		


 (นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม)


 (นายเสริมศักดิ์ สุขพาณิชย์)


 (นางพรรณิย์ ราชคุณ)


 (นางทศวัลย์ เขียนภูเขียว)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
๒. ชื่อพัสดุ.....
๓. ยี่ห้อ.....
๔. รุ่น.....
๕. ประเทศ.....
๖. กำหนดส่งมอบ.....
๗. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคาในวันยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน									
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน				
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม								
	รายการ....	ลบ.ม.							
	รายการ....	ลบ.ม.							
2	งานชีวทาง								
	รายการ....	ตร.ม.							
	รายการ....	ตร.ม.							
					รวม				
									0%

Money									
AccMoney									
% PLAN									
% ACC PLAN									
% ACTUAL									
% ACC ACTUAL									
% ACC DIFF									
% PLAN/2									
% PLAN/2 DIFF									

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพวยและสกรูชนิดหัวล็อกและไม่ล็อก จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	สกรูยึดกระดูกชนิดหัวสกรูพวยแบบใส่ปรับได้ VA locking screw star drive 2.7 mm. (L16 mm. - 56 mm.)	150
2	แผ่นโลหะยึดกระดูกหักสันเท้าชนิดปรับมุมสกรูเพื่อยึดกระดูกได้ (VA Calcaneal Locking Plate) 2.7 mm. small/medium/Large และเปิดแผลเล็กข้างซ้ายหรือขวา	17
3	แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ LCP Variable Angle Two Column Volar Distal radius ขนาด 2.4 mm. จำนวนรู 2,3,4,5,7,10 รู	30
4	สกรูยึดกระดูกชนิดหัวล็อกแบบปรับมุมยั้งได้ (Variable Angle Screw) ขนาด 2.4 mm. L10 - 30 mm.	300
5	สกรูยึดกระดูกแบบ Cortex ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ 2.4 mm. L6 mm. - 30 mm.	10
6	สกรูยึดกระดูกแบบ Cortex ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ 2.7 mm. L10 mm. - 30 mm.	2

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,530,680 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 ธันวาคม 2567

เป็นเงิน 1,530,680 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท/ชิ้น

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	สกรูยึดกระดูกชนิดหัวสกรูพวยแบบใส่ปรับได้ VA locking screw star drive 2.7 mm. (L16 mm. - 56 mm.)	150	1,600	240,000
2	แผ่นโลหะยึดกระดูกหักสันเท้าชนิดปรับมุมสกรูเพื่อยึดกระดูกได้ (VA Calcaneal Locking Plate) 2.7 mm. small/medium/Large และเปิดแผลเล็กข้างซ้ายหรือขวา	17	17,000	289,000
3	แผ่นโลหะตามกระดูกแบบ LCP Variable Angle Two Column Volar Distal radius ขนาด 2.4 mm. จำนวนรู 2,3,4,5,7,10 รู	30	17,000	510,000
4	สกรูยึดกระดูกชนิดหัวล็อกแบบปรับมุมยั้งได้ (Variable Angle Screw) ขนาด 2.4 mm. L10 - 30 mm.	300	1,600	480,000
5	สกรูยึดกระดูกแบบ Cortex ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ 2.4 mm. L6 mm. - 30 mm.	10	890	8,900
6	สกรูยึดกระดูกแบบ Cortex ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ 2.7 mm. L10 mm. - 30 mm.	2	1,390	2,780

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้

5.1. บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด

5.2. บริษัท แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูชั่น จำกัด

5.2. บริษัท ซีเน็ทเมดติคอลเทรด จำกัด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

66.1 นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

6.2 นายเสริมศักดิ์ สุขพาณิชย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ

6.2 นางพรรณีย์ ราชดุษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

6.4 นางทศวัลย์ เขียนภูเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ