



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ตู้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พร้อมปรับเปลี่ยน

ให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดซังน้ำหนัก

จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังจังหวัดขอนแก่น ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ศร ✓

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

**ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด
พร้อมชุดชั้นน้ำหนัก
โรงพยาบาลขอนแก่น**

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นตู้อบเด็กที่มีกระโจมทำด้วยวัสดุใส มีประตูด้านหน้าและด้านหลัง
- 1.2 มีชุดโคมทำความร้อนอยู่ด้านบนของเครื่อง
- 1.3 มีช่องหน้าต่างทำจากวัสดุใสชนิดเดียวกับกระโจมเปิด-ปิดได้ อย่างน้อย 5 ช่อง พร้อมช่องใส่สายอุปกรณ์ อย่างน้อยจำนวน 10 ช่อง
- 1.4 มีถาดสำหรับรองรับแผ่นฟิล์ม X-Ray เพื่อฉายรังสีผ่านตู้อบเด็กได้โดยไม่ต้องเปิดตู้อบเด็ก
- 1.5 ฐานวางตู้อบเด็กเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มีลิ้นชักเก็บของอยู่ด้านล่างใต้ตู้อบเด็ก
- 1.6 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50-60 เฮิร์ตซ์
- 1.7 ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC 60601-1, IEC 60601-2-19 และ IEC 60601-2-21

2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- 2.1 หน้าจอควบคุมและแสดงผล ติดตั้งอยู่ตรงส่วนกลางด้านหลังของตู้เป็นระบบหน้าจอสีชนิดสัมผัส ทำให้เห็นข้อมูลและปรับเปลี่ยนการตั้งเครื่องได้ถนัดไม่ว่าจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาของเครื่อง
- 2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิขณะปิดฝาตู้อบเด็ก
 - 2.2.1 ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิที่ผิวหนังเด็ก (Skin Mode) สามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดตั้งแต่ 34 °C ถึงสูงสุดไม่เกิน 38 °C
 - 2.2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิของอากาศภายในกระโจม (Air Mode) สามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดตั้งแต่ 20 °C ถึงสูงสุดไม่เกิน 39 °C
 - 2.2.3 มีระบบป้องกันการตั้งอุณหภูมิเกิน 37 °C ทั้งการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิที่ผิวหนังและอุณหภูมิของอากาศภายในกระโจม
- 2.3 ระบบควบคุมอุณหภูมิขณะใช้งานโคมความร้อน
 - 2.3.1 ระบบ Pre-Warm mode สามารถทำความร้อนอัตโนมัติเพื่อรอรับเด็กได้ อย่างน้อย 3 ระดับ โดยสามารถปรับความร้อนอัตโนมัติที่ระดับ 100%, 60% และ 30% ตามลำดับ
 - 2.3.2 โหมดควบคุมอุณหภูมิจากผิวหนังเด็ก สามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดตั้งแต่ 34 °C ถึงสูงสุดไม่เกิน 38 °C และปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ 0.1 °C
 - 2.3.3 โหมดควบคุมโคมให้ความร้อนสามารถปรับตั้งได้ต่ำสุดตั้งแต่ 10 จนถึง 100 % โดยปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละไม่เกิน 10% พร้อมมีจอภาพแสดงผลอย่างน้อย 10 ระดับ
- 2.4 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิผิวหนังของเด็กได้พร้อมกันได้อย่างน้อย 2 จุด
- 2.5 เมื่อเปิดประตูหรือหน้าต่างของตู้อบเด็กจะมีม่านอากาศ (Air Curtain) เพื่อป้องกันการสูญเสียอุณหภูมิของอากาศภายในตู้
- 2.6 ปรับเตียงสูงหรือต่ำได้ทั้งด้านหัวและด้านเท้าได้ตั้งแต่ 0 และสามารถปรับได้สูงมากกว่า 10 องศา (ปรับต่อเนื่อง) ด้วยระบบไฟฟ้า และยกเบาะให้สูงขึ้นได้ทั้งเบาะเพื่อสะดวกต่อการส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง

.....
ดร.ณัฏฐ์ คำพิพิธ

นางสาวรณางค์ จันทร์ขจร

.....
ดร. ทัศนัย

นางสาวดาราร คำแหวน

.....
สม. น.

นายสมชาย เพ็รงมา

- 2.7 แสดงแนวโน้มของข้อมูลได้ทั้งแบบตารางและกราฟ (Trend) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 7 วัน ได้แก่ Temperature, Heating, Weight และเหตุการณ์ต่างๆได้
- 2.8 สามารถปรับความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้ได้ตั้งแต่ 30% สูงสุดถึง 99% RH โดยปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ 1% RH
- 2.9 สามารถต่อระบบทำความชื้นแบบปิดโดยต่อกับขวน้ำของทางโรงพยาบาลได้ เพื่อลดการติดเชื้อโรค
- 2.10 มีระบบชั่งน้ำหนักในตัวเครื่องสามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 200 – 10,000 กรัม โดยอ่านได้ละเอียดครั้งละตั้งแต่ 1 กรัม และมีระบบชั่งน้ำหนักซ้ำโดยไม่ต้องยกเด็กได้
- 2.11 ระดับเสียงภายในกระโจมขณะใช้งานปกติ ดังไม่เกิน 40 dBA
- 2.12 ฐานตู้สามารถปรับเลื่อนสูง-ต่ำได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- 2.13 ระบบสัญญาณเตือนโดยแสดงเป็นสัญญาณไฟกระพริบขนาดใหญ่ สามารถเห็นได้ชัดเจนพร้อมเสียงสัญญาณเตือนซึ่งปรับระดับความดังได้ตั้งแต่ 50 และไม่เกิน 70 dB(A) พร้อมแสดงข้อความเตือน
- 2.13.1 เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายในกระโจมสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้งานเอง
- 2.13.2 อุณหภูมิผิวผนังชนิด Central สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้งานเอง
- 2.13.3 อุณหภูมิผิวผนังชนิด Peripheral สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้งานเอง
- 2.13.4 ระบบการไหลเวียนของอากาศขัดข้อง
- 2.13.5 ระบบควบคุมการทำงานภายในเครื่องผิดปกติ
- 2.13.6 เต็มน้ำให้กับระบบให้ความชื้น

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1 Skin Temperature Probe(Core and Peripheral)

จำนวน 5 เส้น

3.2 แผ่นกรองอากาศเข้าตู้

จำนวน 1 แผ่น

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4.2 ตัวเครื่องรับประกันตัวเครื่อง 2 ปีนับจากวันส่งมอบ และในระยะเวลาประกัน บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานมาตรวจเช็คสภาพเครื่อง และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุก 6 เดือน และทำการสอบเทียบทุก 1 ปี พร้อมส่งรายงานให้กับโรงพยาบาลทุกครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะต้องส่งตารางเวลาที่จะเข้ามาดำเนินการและรายละเอียดในการตรวจเช็คสภาพเครื่อง บำรุงรักษา และสอบเทียบให้แก่กรรมการในวันส่งมอบเครื่อง

4.3 ในระยะประกันหากมี Software ที่บริษัทผู้ผลิตพัฒนาขึ้น บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องทำการ Upgrade ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4.4 บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงาน มาทำการสาธิตการใช้งาน การบำรุงรักษา ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทผู้เสนอราคารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจะต้องส่งแผนการอบรมให้แก่กรรมการในวันส่งมอบเครื่อง

4.5 มีเอกสารรับรองการสอบเทียบ (Certificate of calibration) ซึ่งสอบเทียบโดยบริษัทตัวแทนจำหน่ายหรือสถาบันฯ ที่น่าเชื่อถือ ส่งให้แก่กรรมการในวันส่งมอบเครื่อง

4.6 มีหลักฐานแสดงว่าบริษัทผู้เสนอราคาเป็นผู้นำเข้าและมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

.....
นางสาววรรณภา จันทรีขจร

.....
นางสาวดาราร คำแหวน

.....
นายสมชาย เพงรมา

4.7 บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอแคตตาล็อกแนบมา พร้อมทำเครื่องหมายหรือหลักฐานที่เชื่อถือได้จาก
บริษัทผู้ผลิตตามหัวข้อที่ทางราชการกำหนด

4.8 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาย จันทร์พร

นางสาววรรณภ จันทรีขจร

นางสาวดาราคำแหวน

นางสาวดาราคำแหวน

นายสมชาย เพรงมา

นายสมชาย เพรงมา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น


.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ
.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

[illegible]


1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานพลังงาน 8 เดือน

- | | |
|-----------------|--|
| 1) กรณีตัวอย่าง | กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานต้นปีงบประมาณ จำนวน 8 เดือน |
| 2) | หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง) |
| 3) | หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของหน่วยงานแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 % |
| 4) | มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละแผนงานเทียบกับมูลค่าของแผนงานแต่ละรายการ |
| 5) | ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงานเป็นการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ |

Money	% PLAN
-------	--------

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
		ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
		ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%



	1	2	3	4	5	6	7	8
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญาจำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งต้นการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งต้นการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานก่อสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของโครงการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดซั้งน้ำหนัก
จำนวน 1 เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 16 กันยายน 2568
เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - 5.1 บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - 5.2 บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด
 - 5.3 บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นางสาวรณภา จันทร์ขจร	นายแพทย์เชียวชาญ
6.2 นางสาวดาราศำแหวน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.3 นายสมชาย เพรงมา	วิศวกรไฟฟ้า